

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-78 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Rodríguez Peralto, Jefe de Servicio de Anatomía Patológica.
Esther Cabañes Alonso, Sup. Área Funcional Cuidados Pediátricos.

Fecha: 24 de septiembre de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2024-0-78** para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR, PCR Y EXTRACCIÓN DE GASES PARA LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **FISHER SCIENTIFIC S.L., STERIL TECH S.L, VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **NIRCO S.L., No cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita cabina de longitud de trabajo en la zona interior de al menos 1.500mm.

Oferta zona de trabajo de 1.495mm.

- La oferta presentada por **MICRODUR S.L., No cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita filtro HEPA 14 - Eficiencia 99.995%, según EN 1822 MPPS (99,999% para partículas 0.3µm) y al menos 2 tomas eléctricas, disponibles en el área de trabajo.

En su memoria técnica, dice que, si tiene cumplimiento, pero en su documentación SO36EB, el filtro al que hace referencia es un filtro HEPA H13 (99,999% para partículas 0.3µm), y oferta solo una toma de corriente interna.

- La oferta presentada por **PROQUINORTE S.A.**, **No cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita al menos 2 tomas eléctricas, disponibles en el área de trabajo.

Oferta solo una toma de corriente interna, disponible en el área de trabajo.

Lote 2:

- La oferta presentada por **MICRODUR S.L.**, **PROQUINORTE S.A.**, **VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	CABINA FLUJO LAMINAR SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	FISHER SCIENTIFIC S.L.	SI	14,75
		MICRODUR S.L.	NO	-
		NIRCO S.L.	NO	-
		PROQUINORTE S.A.	NO	-
		STERIL TECH S.L.	SI	30
		VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.	SI	29,90
2	CABINA PARA PCR SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	MICRODUR S.L.	SI	26,25
		PROQUINORTE S.A.	SI	29,67
		VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.	SI	27,94
3	CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

RODRIGUEZ

PERALTO JOSE LUIS

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ PERALTO JOSE LUIS -
Fecha: 2024.09.27 08:07:01 +02'00'

Fdo.: Dr. Rodríguez Peralto

Jefe de Servicio de Anatomía Patológica.

FIRMADO

Firmado por CABAÑES ALONSO

ESTHER - ***9461** el día

27/09/2024 con un certificado
emitido por SIA SUB01

Fdo.: Esther Cabañes Alonso

Sup. Área Funcional Cuidados Pediátricos

EXPEDIENTE: 2024-0-78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR, PCR Y EXTRACCIÓN DE GASES PARA LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>CABINA FLUJO LAMINAR SERVICIO DE NEONATOLOGÍA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Ampliación del periodo mínimo de garantía* (Valoración proporcional).....Hasta 10 Puntos.</p> <p>Se asignarán 2,5 puntos por cada seis meses de incremento sobre el periodo mínimo de garantía exigido (24 meses) hasta un máximo de 10 puntos (equivalente a una ampliación de 24 meses).</p> <p>2. Generación de sonido < 61 Db* (Valoración proporcional).....Hasta 10 puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la Generación de sonido es de 61 Db = 0 puntos. - Si es < 61Db, se valorará, otorgando la mayor puntuación (10 puntos), a la empresa que ofrezca el menor nivel de ruido, el resto se valorará proporcionalmente. <p>3. Si los laterales son desmontables..... 10 puntos.</p>	<p>FISHER SCIENTIFIC S.L.....TOTAL PUNTOS: 14,75</p> <p>1.- 1 Año Extra (3 años).....5 PUNTOS</p> <p>2.- Sonido considerado 59,9 DB.....9,75 PUNTOS</p> <p>3.- No dispone.....0 PUNTOS</p> <p>STERILTECH S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 2 Años Extra (4 AÑOS).....10 PUNTOS</p> <p>2.- Sonido 58,4 DB.....10 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone.....10 PUNTOS</p> <p>VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.....TOTAL PUNTOS: 29,90</p> <p>1.- 2 Años Extra (4 AÑOS).....10 PUNTOS</p> <p>2.- Sonido 59 DB.....9,90 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone.....10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR, PCR Y EXTRACCIÓN DE GASES PARA LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	CABINA PARA PCR SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	MICRODUR S.L.....TOTAL PUNTOS: 26,25
	TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	1.-1 Año Extra (3 AÑOS)11,25 PUNTOS
	1. Ampliación años garantía > 2 años* (Valoración proporcional).....Hasta 15 Puntos.	2.- Sonido 44 DB.....15 PUNTOS
	<ul style="list-style-type: none"> - Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) = 0 puntos. - Si la garantía es > 2 años se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (15 puntos), a la empresa que ofrezca mayor garantía. 	PROQUINORTE S.A.....TOTAL PUNTOS: 29,67
	2. Generación de sonido < 61 Db* (Valoración proporcional).....Hasta 15 puntos.	1.- 2 Años Extra (4 AÑOS).....15 PUNTOS
	<ul style="list-style-type: none"> - Si la Generación de sonido es de 61 Db = 0 puntos. - Si es < 61Db, se valorará, otorgando la mayor puntuación (15 puntos), a la empresa que ofrezca el menor nivel de ruido, el resto se valorará proporcionalmente. 	2.- Sonido 45 DB.....14,67 PUNTOS
		VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.....TOTAL PUNTOS: 27,94
		1.- 2 Años Extra (4 AÑOS).....15 PUNTOS
		2.-Sonido 51 DB.....12,94 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR, PCR Y EXTRACCIÓN DE GASES PARA LOS SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	<p>CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Ampliación años garantía > 2 años* (Valoración proporcional).....Hasta 10 Puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) = 0 puntos. - Si la garantía es > 2 años se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (10 puntos), a la empresa que ofrezca mayor garantía. <p>2. Generación de sonido < 61 Db* (Valoración proporcional).....Hasta 10 puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la Generación de sonido es de 61 Db = 0 puntos. - Si es < 61Db, se valorará, otorgando la mayor puntuación (10 puntos), a la empresa que ofrezca el menor nivel de ruido, el resto se valorará proporcionalmente. <p>3. Si presenta ventanuco de cristal transparente en los paneles laterales)..... 10 puntos.</p>	<p>VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 2 Años Extra (4 AÑOS).....10 PUNTOS</p> <p>2.-Sonido 55 DB.....10 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone.....10 PUNTOS</p>