

ACLARACIONES AL EXPEDIENTE PAS HUPA 96/24: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTES PARA EL SERVICIO DE LA UCI NEONATAL CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Se ha recibido consulta a los pliegos del PA HUPA 96/24:

AGENOR MANTENIMIENTOS S.A.

Las aclaraciones que solicitan son:

“Entre las características técnicas mínimas de los monitores de transporte se indica lo siguiente: " Peso no superior a 2 kg incluida la batería y el asa de transporte" ¿Entendemos por tanto que no podríamos presentar un equipo en el que el peso del monitor, incluida la batería y el asa de transporte, fuera de 2,5 kg?”.

Respuesta:

En el Pliego de Prescripciones Técnica, en el apartado 2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS MONITORES DE TRANSPORTE, en el quinto punto (Página 5), recoge claramente lo siguiente:

- **Peso no superior a 2 kg incluida la batería y el asa de transporte.**

Alcalá de Henares
La Jefe del Servicio de Suministros

