

**INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-95 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.**

**Elaborado por:**

Dr. Ferro Osuna Manuel Jefe de Servicio de Oftalmología

**Fecha:**

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-95 para el suministro de "LENTES INTRAOCULARES Y ANILLO DE TENSION CAPSULAR PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA" por las empresas, se emite el siguiente:

**INFORME TECNICO**

**Lote 1:**

- La oferta presentada por **JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 2:**

- La oferta presentada por **JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 3:**

- La oferta presentada por **ALCON HEALTHCARE, S.A.**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 4:**

- La oferta presentada por **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 5:**

- La oferta presentada por **ALCON HEALTHCARE, S.A.**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 6:**

- La oferta presentada por **CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 7:**

- La oferta presentada por **LIO OPHTEC ESPAÑA SLU**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Lote 8:**

- La oferta presentada por **ADVANCED VISION IBERIA, S.L.**, **AJL OPHTHALMIC, S.A.**, **LIO OPHTEC ESPAÑA SLU**, cumple con las especificaciones del pliego.

**Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:**

| LOTE               | DESCRIPCION ARTICULO  | NOMBRE PROVEEDOR                  | CUMPLIMIENTO PPT | PUNTOS TECNICOS |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1<br>(Orden 1)     | LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOFOCAL –ACRÍLICA-HIDRÓFOBA DE 3 PIEZAS PLEGABLE  | JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.   | SI               | 30              |
| 2<br>(Orden 2 a 4) | LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL PLEGABLE - varias características  | JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U.   | SI               | 15              |
| 3<br>(Orden 5)     | LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL – ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA - CON FILTRO AMARILLO, PRECARGADA                            | ALCON HEALTHCARE, S.A.            | SI               | 30              |
| 4<br>(Orden 6 y 7) | LENTE INTRAOCULARES DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL - ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFILA - PRECARGADA Y TÓRICA                                      | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. | SI               | 30              |
| 5<br>(Orden 8)     | LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL– ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA - PRECARGADA, EN SISTEMA DE INYECCIÓN AUTOMATIZADO DESECHABLE | ALCON HEALTHCARE, S.A.            | SI               | 30              |

|                 |   |                                   |    |    |
|-----------------|---|-----------------------------------|----|----|
| 6<br>(Orden 9)  | LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL- ASFERICA, ACRILICA HIDROFOBA - PRECARGADA, DE BAJA POTENCIA | CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. | SI | 30 |
| 7<br>(Orden 10) | LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOBLOQUE DE FIJACIÓN ESCLERAL SIN SUTURA  | OFTALTECH SOLUTIONS, S.L.U        | SI | 30 |
| 8<br>(Orden 11) | ANILLO DE TENSIÓN CAPSULAR INYECTABLE PRECARGADO  | ADVANCED VISION IBERIA, S.L.      | SI | 30 |
|                 |   | AJL OPHTHALMIC, S.A.              | SI | 30 |
|                 |   | LIO OPHTEC ESPAÑA SLU             | SI | 30 |

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Madrid, 18 de octubre de 2024



Fdo.: Dr. Ferro Osuna Manuel

Jefe de Servicio de Oftalmología

EXPEDIENTE: 2024-0-95

| LENTES INTRAOCULARES Y ANILLO DE TENSION CAPSULAR |   | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE   |
|---|---|---|
| LOTE  | CONCEPTO  | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION   |
| 1<br>(Orden 1)                                    | <p>LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOFOCAL –ACRÍLICA- HIDRÓFOBA DE 3 PIEZAS PLEGABLE</p> <p>TOTAL, PUNTOS ..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Artículos publicados en revistas internacionales:</p> <p>a. Más de cinco artículos publicados ... <b>30 Puntos.</b></p> <p>b. De tres a cinco artículos publicados ... <b>10 Puntos.</b></p> <p>c. Menos de tres artículos publicados ... <b>0 Puntos.</b></p>  | <p>JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 6 artículos .... 30 PUNTOS</p>   |
| 2<br>(Orden 2 a 4)                                | <p>LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL PLEGABLE - varias características</p> <p>TOTAL, PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Publicaciones en revistas internaciones que reporten incidencias de capsulotomía Nd:YAG inferior al 5%:</p> <p>a. Diez artículos o bien cinco artículos con seguimiento de 3 o más años ... <b>15 Puntos</b></p> <p>b. Cinco artículos con seguimiento de 1 año con lentes de diseño y óptica similar ... <b>10 Puntos</b></p> <p>c. Menos de cinco artículos ... <b>0 Puntos</b></p> <p>2. Filtro ultravioleta con frecuencia de corte de transmitancia al 10% para una lente de potencia de 20D</p> <p>a. Frecuencia de corte al 10% <math>\geq</math> 395nm ... <b>15 Puntos</b></p> <p>b. Frecuencia de corte al 10% de 394nm a 391nm ... <b>10 Puntos</b></p> <p>c. Frecuencia de corte al 10% <math>\leq</math> 390nm ... <b>0 Puntos</b></p> | <p>JJ SURGICAL VISION SPAIN S.L.U. ... TOTAL PUNTOS: 15</p> <p>1.- 10 artículos ... 15 PUNTOS</p> <p>2.- No consta información en la documentación aportada .....0 PUNTOS</p> |



EXPEDIENTE: 2024-0-95

| LENTES INTRAOCULARES Y ANILLO DE TENSION CAPSULAR |   | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE   |
|---|---|---|
| LOTE  | CONCEPTO  | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION   |
| 3<br>(Orden 5)                                    | <p>LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL – ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA - CON FILTRO AMARILLO, PRECARGADA</p> <p>TOTAL, PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Artículos publicados en revistas internacionales:</p> <p>a. Más de cinco artículos publicados ... <b>30 Puntos.</b></p> <p>b. De tres a cinco artículos publicados ... <b>10 Puntos.</b></p> <p>c. Menos de tres artículos publicados ... <b>0 Puntos.</b></p>  | <p>ALCON HEALTHCARE, S.A. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 9 artículos .... 30 PUNTOS</p>  |
| 4<br>(Orden 6 y 7)                                | <p>LENTES INTRAOCULARES DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL - ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFILA - PRECARGADA Y TÓRICA</p> <p>TOTAL, PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Artículos publicados en revistas internacionales:</p> <p>a. Más de cinco artículos publicados ... <b>15 Puntos.</b></p> <p>b. De tres a cinco artículos publicados ... <b>10 Puntos.</b></p> <p>c. Menos de tres artículos publicados ... <b>0 Puntos.</b></p> <p>2. Orden 7.- LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL – ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFILA, TÓRICA</p> <p>a. En las lentes tóricas, rotación postoperatoria de la lente &lt; 5% a medio-largo plazo. Evidencia en publicaciones. Publicadas en al menos 5 revistas internacionales ... <b>15 Puntos</b></p> | <p>CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 6 artículos .... 15 PUNTOS</p> <p>2.- 5 artículos .... 15 PUNTOS</p> |

EXPEDIENTE: 2024-0-95

| LENTES INTRAOCULARES Y ANILLO DE TENSION CAPSULAR |  | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE   |
|---|--|---|
| LOTE  | CONCEPTO   | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION   |
| 5<br>(Orden 8)                                    | <p>LENTE INTRAOCULAR DE CÁMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL– ASFÉRICA ACRÍLICA HIDRÓFOBA - PRECARGADA, EN SISTEMA DE INYECCIÓN AUTOMATIZADO DESECHABLE</p> <p>TOTAL, PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lente de tipo refractivo ... 15 Puntos.</li> <li>2. Diseño con 3 puntos de apoyo (hápticos con salida en plano paralelo a la óptica, pero en distinto plano) ... 15 Puntos.</li> </ol>  | <p>ALCON HEALTHCARE, S.A. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- SI dispone ... 15 PUNTOS</p> <p>2.- SI tiene ... 15 PUNTOS</p>  |
| 6<br>(Orden 9)                                    | <p>LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOBLOQUE MONOFOCAL- ASFERICA, ACRILICA HIDROFOBA - PRECARGADA, DE BAJA POTENCIA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicaciones en revistas internaciones que reporten incidencias de capsulotomía Nd:YAG inferior al 5%: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diez artículos o bien cinco artículos con seguimiento de 3 o más años ... 15 Puntos</li> <li>b. Cinco artículos con seguimiento de 1 año con lentes de diseño y óptica similar ... 10 Puntos</li> <li>c. Menos de cinco artículos ... 0 Puntos</li> </ol> </li> <li>2. Filtro ultravioleta con frecuencia de corte de transmitancia al 10% para una lente de potencia de 20D <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Frecuencia de corte al 10% <math>\geq 395\text{nm}</math> ... 15 Puntos</li> <li>b. Frecuencia de corte al 10% de 394nm a 391nm ... 10 Puntos</li> <li>c. Frecuencia de corte al 10% <math>\leq 390\text{nm}</math> ... 0 Puntos</li> </ol> </li> </ol> | <p>CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 6 artículos .... 15 PUNTOS</p> <p>2.- 380-403 nm de frecuencia de corte al 10% ... 15 PUNTOS</p> |

EXPEDIENTE: 2024-0-95

| LENTES INTRAOCULARES Y ANILLO DE TENSION CAPSULAR |   | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE   |
|---|---|---|
| LOTE  | CONCEPTO  | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION   |
| 7<br>(Orden 10)                                   | <p>LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR MONOBLOQUE DE FIJACIÓN ESCLERAL SIN SUTURA</p> <p>TOTAL, PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Artículos publicados en revistas internacionales que avalen los resultados visuales de la lente <ol style="list-style-type: none"> <li>Más de cinco artículos publicados ... <b>30 Puntos.</b></li> <li>De tres a cinco artículos publicados ... <b>10 Puntos.</b></li> <li>Menos de tres artículos publicados ... <b>0 Puntos.</b></li> </ol> </li> </ol> | <p>OFTALTECH SOLUTIONS, S.L.U ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 12 artículos .... 30 PUNTOS</p>   |
| 8<br>(Orden 11)                                   | <p>ANILLO DE TENSIÓN CAPSULAR INYECTABLE PRECARGADO</p> <p>TOTAL, PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inyector disponible para tamaños distintos a 11 mm ... <b>15 Puntos.</b></li> <li>Existencia de orificios en los extremos para posicionar el anillo ... <b>15 Puntos.</b></li> </ol>   | <p>ADVANCED VISION IBERIA, S.L. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- SI dispone ... 15 PUNTOS</p> <p>2.- SI cumple ... 15 PUNTOS</p> <p>AJL OPHTHALMIC, S.A. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- SI dispone ... 15 PUNTOS</p> <p>2.- SI cumple ... 15 PUNTOS</p> <p>LIO OPHTEC ESPAÑA SLU. ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- SI dispone ... 15 PUNTOS</p> <p>2.- SI cumple ... 15 PUNTOS</p> |