



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE FORMACION Y AUXILIAR CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS A/SUM-032487/2024

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:

- Manual de uso los equipos en castellano.
- Ficha técnica de los equipos

b) En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

2. NORMATIVA GENERAL

Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios o Reglamento UE 2017/45.

3. GESTION MEDIOAMBIENTAL

El licitador que resulte adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando a la Gerencia Asistencial de Primaria de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos

El licitador que resulte adjudicatario adoptará las medidas medioambientales:

- Que en la fabricación de los productos objeto del contrato no se hayan empleado sustancias tóxicas para el medio ambiente.
- La retirada y reciclado o reutilización de todo el embalaje que se genere en la prestación del contrato: entrega de equipamiento u otro material susceptible de ser embalado.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Expediente: A/SUM-032487/2024

1 de 4



ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000888	DEFIBRILADOR ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES EPS	<ul style="list-style-type: none">- Defibrilador de entrenamiento versátil, que se pueda utilizar en diversos maniquís y generador de múltiples escenarios.- Simula un desfibrilador en apariencia, operativa de manejo y mensajes de voz, pero no da descargas reales. Etiqueta visible en estuche y dispositivo que indique "solo para entrenamiento".- Conector de electrodos, ilustración de como colocar electrodos, botón de encendido, botón de descarga, control de volumen, altavoz para escuchar mensajes.- Incluir app para el manejo por el instructor.- Incluidos electrodos para el dispositivo de entrenamiento DEA, 8 adultos y 8 pediátrico.- Interfaz muy sencilla.- Metrónomo.- Idioma español.- Incluir adaptadores y atenuadores de corriente necesarios para la formación.- Pilas AA o batería recargable.- Tamaño 20x15x5cm \pm 2,5.- Estuche de transporte.- Aplicación para móvil abierta que permita practica de RCP y DEA.; que permita controlar varios dispositivos de entrenamiento DEA simultáneamente.- Conexión por bluetooth.- Idioma: español
2	3000793	MEDIDOR GRASA CORPORAL	<ul style="list-style-type: none">- Aparato para medir el tejido adiposo.- Medición del porcentaje de grasa corporal.- Medición del índice de masa corporal (IMC).- Monitor clínicamente validado.- Memoria de datos para 9 personas.- Rápido, fiable y fácil de usar.- Pilas incorporadas .

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3000995	MUÑECO RCP BASICO BEBE	<ul style="list-style-type: none"> - Maniquí bebé de anatomía promedio realista, para formación de rcp básica: obstrucción de vía aérea, ventilación y masaje cardiaco - Elasticidad para simulación humana en cuanto a las ventilaciones y compresiones - Apertura de vía aérea mediante maniobra de alineación - Permite la ventilación boca-boca, boca-nariz - Libre de látex - Elevación del tórax - Indicador de si el alumno llega a la profundidad correcta de las compresiones. - Indicador de frecuencia de las compresiones torácicas si las mismas se están realizando con el ritmo adecuado. Se ajustará a las últimas guías de RCP - Material que no se dañe de sucesivas limpiezas con productos o toallitas desinfectantes. - Marcas realistas para la localización del punto de masaje cardíaco y rasgos anatómicos reales. Extremidades con movilidad realista - Bolsa de transporte - Manual de uso en castellano - Incluir mínimo 850 protectores respiratorios desechables - 1 balón resucitador de silicona con válvula de regulación de presión, bolsa reservorio de O2, y mascarera facial adaptable para bebé - App para Android e iOS libre de licencias y actualizaciones gratuitas, Aplicación abierta para conectar los maniquís para valorar el tiempo de rcp efectivo, profundidad, re expansión, frecuencia, ventilaciones. Conexión por Bluetooth con dispositivos móviles.

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	3000995	TORSO RCP ADULTO	<div><ul style="list-style-type: none">- Maniquí adulto de anatomía promedio realista para formación de rcp básica: ventilación, masaje cardíaco y manejo de desfibrilador externo automático de entrenamiento.- Elasticidad para simulación humana en cuanto a las ventilaciones y compresiones- Apertura de vía aérea mediante maniobra frente-mentón o tracción de mandibular- Permite la ventilación boca-boca, boca-nariz. incluir 2 caras de repuesto.- Libre de látex- Elevación del tórax- Indicador de si el alumno llega a la profundidad correcta de las compresiones.- Rigidez del pecho ajustable.- Indicador de frecuencia de las compresiones torácicas si las mismas se están realizando con el ritmo adecuado, ajustado a las últimas guías de RCP- Material que no se dañe de sucesivas limpiezas con productos o toallitas desinfectantes.- Marcas realistas para la localización del punto de masaje cardíaco y rasgos anatómicos reales tales como clavícula, línea de pezones, esternón y ombligo.- Incluir mínimo 850 protectores respiratorios desechables.- Incluir 1 balón resucitador de silicona con válvula de regulación de presión, bolsa reservorio de O2, y mascarara facial adaptable para adulto- Bolsa de transporte- Chaqueta- App para Android e iOS libre de licencias y actualizaciones gratuitas, Aplicación abierta para conectar los maniquís para valorar el tiempo de rcp efectivo, profundidad, re expansión, frecuencia, ventilaciones. Conexión por Bluetooth con dispositivos móviles.</div>

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO

POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA GERENTE ADJUNTA DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Firmado digitalmente por: DE VARGAS CABEZUELO
MARIA MERCEDES - ***8729**
Fecha: 2024.09.10 18:51