

## INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 40 MONITORES (PANI) CON MEDICIÓN DE FRECUENCIA RESPIRATORIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

**NÚMERO DE EXPEDIENTE:** 2024-0-056

El día 2 de octubre de 2024, se realizó el informe técnico sobre las ofertas presentadas, en el cual se indicaba que la empresa INSANEX S.L. cumplía con todos los requisitos exigidos en el PPT, en el día de ayer y hoy, se reciben dos comunicaciones por parte de las empresas HELIANTUS MEDICAL S.L. Y PHILIPS IBERICA S.A., en la que nos informan que según su información hay características técnicas que la empresa INSANEX S.L. no cumple, por lo que se decide volver a revisar dicha documentación.

Una vez revisada la documentación presentada, se comprueba que efectivamente el equipo ofertado por la empresa INSANEX S.L. no cumple con las características exigidas en el PPT, ya que se solicita que la saturación de oxígeno sea con tecnología Masimo o compatible, y además se pide que mediante este sensor de saturación se pueda medir la frecuencia respiratoria, esta característica no es posible con el equipo ofertado por la empresa, ya que si utilizan la saturación de oxígeno con tecnología Masimo, no podrían medir la frecuencia respiratoria a través de este sensor.

Es por ello que se propone retrotraerse hasta la emisión del informe técnico, para poder rectificar y realizar un nuevo informe técnico en el que se tenga en cuenta lo anterior expuesto.

### EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO  
Fecha: 2024.10.09 12:18

Fdo. Alvaro Gamero Navarro