

## INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 40 MONITORES (PANI) CON MEDICIÓN DE FRECUENCIA RESPIRATORIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

**NÚMERO DE EXPEDIENTE:** 2024-0-056

**RESPUESTA CONSULTA HELIANTUS MEDICAL DEL 14/10/2024.**

Se solicita la revisión del cumplimiento del PPT de la empresa PHILIPS.

Una vez revisado la documentación presentada por la empresa PHILIPS IBERICA S.A.U., se comprueba que en el manual de usuario que presentaron en su documentación (considerada información confidencial) justifican y explican claramente el cumplimiento del criterio técnico al que se refiere la empresa HELIANTUS en su escrito.

### EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO  
Fecha: 2024.10.14 14:51

Fdo. Alvaro Gamero Navarro