



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

**EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA MONITORIZACIÓN ECMO CON DESTINO AL SERVICIO DE LA UCI NEONATAL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”**

**EXP.: A/SUM-029447/2024**

**PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO.  
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**

**EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:**

- **GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.**
- **MEDTRONIC IBERICA, S.A**

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes del procedimiento abierto para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Sistema Monitorización ECMO con destino al Servicio de la UCI Neonatal del Hospital Materno Infantil del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, se informa de lo siguiente:

- **GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.**

La oferta presenta el modelo LANDING ECMO de la marca EUROSETS. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática (apartado 2.1.1) la oferta solamente cumple el criterio de que todos los medidores de flujo del equipo presentado usan tecnología de ultrasonido, por el cual le correspondería una puntuación de 9 puntos. No propone ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT por lo que en este apartado obtiene cero puntos.

- **MEDTRONIC IBERICA, S.A**

La oferta presenta el modelo QUANTUM de la marca SPECTRUM MEDICAL. Esta oferta cumple las especificaciones técnicas establecidas en el PPT.

Respecto de los criterios de valoración automática (apartado 2.1.1) la oferta cumple todos los criterios establecidos, por los cuales le correspondería una puntuación de 27 puntos. No propone ampliación de la garantía mínima de 2 años exigida en el PPT por lo que en este apartado obtiene cero puntos.

Madrid, en la fecha de la firma.

EL RESPONSABLE  
DE ELECTROMEDICINA

