

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE qPCRs PARA EL LABORATORIO DE TERAPIAS EXPERIMENTALES Y NUEVOS BIOMARCADORES EN CÁNCER, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE PAS 31-2024.** Este expediente está subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el marco del programa FORTALECE del Ministerio de Ciencia e Innovación.  
**EXPEDIENTE PAS 31-2024.**

**PREGUNTAS DE LICITADORES CON RESPUESTAS:**

*(1) Buenos días, en relación a los Lotes 9, 10, 11 y 12, se indica que tieneN que ser “Esterilizables en autoclave a 1 bar, 122 °C durante 15 minutos.” ¿Esta afirmación hace referencia a los racks vacíos o a los racks incluyendo las puntas con filtro? Por regla general, las puntas con filtro deben ser estériles y no deben esterilizarse en autoclave. Nuestras puntas con filtro low retention se esterilizan con irradiación de haz de electrones (e-beam). Es decir, vienen de fábrica estériles.  
Gracias y un saludo.*

**Tiene que ser estériles todo, los racks con las puntas dentro.**

*(2) Buenos días, nos gustaría saber si los productos objeto de la licitación tendrán uso exclusivamente investigativo o también clínico. Muchas gracias. un saludo.*

**Es solo para uso de investigación.**