

MEMORIA DE JUSTIFICACION CLINICA Y FUNCIONAL PARA ELECCION DE OFERTA

EXP AM.:	AM 2024/005
DENOMINACIÓN	Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de arcos quirúrgicos para varias comunidades autónomas, centros del INGESA en Ceuta y Melilla y organismos de la administración del estado
NÚMERO DE LOTE	Lote 2: Arco quirúrgico tipo medio con detector de 30x30
EQUIPO A SUSTITUIR	GE OEC FLUOROSTAR COMPACT del año 2014
Opción elegida: (OB/VARIANTE)	Base
Adjudicatario :	General Electric Healthcare España, SAU

1.- Justificación de que la oferta de menor precio no pueda satisfacer la concreta necesidad del hospital.
<p>Para reducir el espacio que ocupa el sistema y considerando el pequeño tamaño de la sala donde se usará el arco quirúrgico, se hace fundamental que dicho sistema sea lo más compacto posible, montando sobre el propio arco las pantallas de visualización del facultativo y las del técnico operador.</p> <p>La única oferta más económica que la elegida para este lote no es el equipo más compacto, lo es el equipo que GE presenta como oferta base. Sus dimensiones, más compactas, lo hacen ideal para su integración en una sala pequeña en la se precisan otros equipos médicos (endoscopios, carros de anestesia, etc).</p>

Firmado por ALFONSA FRIERA REYES -
DNI [REDACTED] el día 16/08/2024
con un certificado emitido por SIA
SUB01

Firmado:
Dra Alfonsa Friera Reyes, jefa de servicio de Radiodiagnóstico