

**CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INCUBADORAS Y CUNAS TÉRMICAS AL SERVICIO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA CON PLURALIDAD DE CRITERIOS APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

**PA-SUM 051/24**

---

**INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

---

Tras la revisión de la documentación técnica presentada por los licitadores, relativa los criterios por aplicación de fórmulas recogidos en la Cláusula 1 del PCAP, se emite el presente informe que ha de incorporarse al expediente de contratación administrativa de referencia.

**La puntuación autoasignada en cuanto al cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas ha sido revisada por el servicio promotor del contrato y es correcta.**

Los resultados de la valoración, se muestran en la siguiente tabla:

CALIDADES TÉCNICAS	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DRAGER HISPANIA, S.A.U.	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.
<b><u>Cunas térmicas UCIN con fototerapia, Incubadora transformable a térmica abierta y Cuna térmica de reanimación:</u></b> Movilidad: Posibilidad de convertirse de cuna estática a cuna de transporte intrahospitalario acoplando un Sistema de transporte en tandem ya disponible el hospital (the Giraffe™ Shuttle™ de General Electric) <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple. <input type="checkbox"/> 10 puntos: Sí cumple.	10	0	10
<b><u>Cunas térmicas UCIN con fototerapia, Incubadora transformable a térmica abierta y Cuna térmica de reanimación:</u></b> Conectividad en red: los equipos permitirán ser conectados en red para realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota. <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple. <input type="checkbox"/> 5 puntos: Sí cumple.	5	5	0
<b><u>Cunas térmicas UCIN con fototerapia, Incubadora transformable a térmica abierta y Cuna térmica de reanimación:</u></b> Herramienta web: para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados. <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple. <input type="checkbox"/> 5 puntos: Sí cumple.	5	5	5
<b><u>Cunas térmicas UCIN con fototerapia:</u></b> Colchón giratorio antiescaras 360º: posibilidad de girar el colchón antiescaras 360 sin mover al paciente. <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple. <input type="checkbox"/> 5 puntos: Sí cumple	5	0	5
<b><u>Cuna térmica de reanimación:</u></b> Silenciado de alarmas con “sistema manos libres”: Silenciado de alarmas con “sistema manos libres” por infrarrojos. <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple. <input type="checkbox"/> 5 puntos: Sí cumple.	5	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>25</b>

Alorcón, a la fecha de la firma

Mª MERCEDES  
BUENO  
CAMPAÑA - DNI [REDACTED]  
[REDACTED]

Firmado digitalmente  
por Mª MERCEDES  
BUENO CAMPAÑA - DNI [REDACTED]  
Fecha: 2024.10.16  
11:20:07 +02'00'

Fdo. Dra. Mª Mercedes Bueno Campaña  
Jefe de la Unidad de Neotología y Pediatría