



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

**EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA INCUBADORA DE TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO NEONATAL CON DESTINO AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO “GREGORIO MARAÑÓN”**

**EXP.: A/SUM-033289/2024**

**FORMA: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**

**EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:**

- MEDICAL SOREVAN, S.L
- PALEX MEDICAL, S.A

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes al procedimiento abierto para el Suministro, y Puesta en Funcionamiento de una Incubadora de Transporte Intrahospitalario Neonatal con destino al Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, se informa de lo siguiente:

**- MEDICAL SOREVAN, S.L.**

La oferta no cumple las especificaciones técnicas establecidas en el PPT. En este se solicitaba:

- *Pantalla de la incubadora con monitorización de saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y temperatura del paciente, así como temperatura programada y de la incubadora. Pulsioxímetro incorporado que admita sensor de saturación y frecuencia cardiaca de la marca **Nellcor** que habitualmente es utilizado en la unidad.*

La oferta recibida de esta empresa presenta el modelo de incubadora TI-3000B e incluye módulo monitorización de saturación y frecuencia cardiaca de la marca **MASIMO**. Este pulsioxímetro no corresponde a lo solicitado y no es compatible con el resto de monitorización de la Unidad.

**- PALEX MEDICAL, S.A.**

La oferta incluye el modelo de incubadora INCUARCH. Esta cumple las especificaciones establecidas en el PPT. El autobaremo presentado es correcto, y no presenta ampliación de garantía.

EL TÉCNICO RESPONSABLE DE  
ELECTROMEDICINA

EUGENIO HERRERO ALONSO

