

RESOLUCIÓN DECLARACIÓN DESIERTO

Resolución de la Gerente Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone declarar DESIERTOS los lotes 6, 7 y 8 del expediente de contratación administrativa A/SUM-015288/2024 cuyo objeto es el Suministro de Toma de muestras con destino a los Centros de Atención Primaria.

Mediante resolución del órgano de contratación de 24 de agosto de 2024 se inició el expediente de contratación de **Toma de muestras con destino a los Centros de Atención Primaria**.

Con fecha 24 de agosto de 2024 se aprobaron los pliegos que rigen el expediente de contratación y se aprobó el gasto.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se convocaron las diferentes mesas de contratación para proceder al descriptado de la documentación aportada por los licitadores, remitiéndose la documentación técnica a los promotores del contrato para la elaboración del correspondiente informe técnico.

En la mesa de contratación celebrada el 15 de enero de 2025, analizados los informes presentados, se eleva la propuesta de adjudicación al órgano de contratación en base al informe técnico-económico realizado.

Con fecha 21 de enero de 2025 se publica y notifica a los licitadores en el expediente de referencia la Resolución de Adjudicación.

Con fecha 11 de febrero de 2025 la empresa GARRIC MEDICA, S.L. interpone recurso especial en materia de contratación administrativa nº 059/2025 contra la resolución de adjudicación a los lotes 6, 7 y 8 correspondientes al espéculo vaginal estéril desechable.

Con fecha 27 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid dicta Resolución nº 117/2025, y acuerda inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto por el representante legal de la mercantil GARRID MÉDICA S.L. por falta de legitimación de la recurrente.

Como consecuencia del recurso interpuesto por la empresa GARRIC MEDICA S.L., la Unidad Promotora, al elaborar el informe solicitado por el Tribunal, revisa de nuevo la documentación aportada por los licitadores que cumplieran con la característica recurrida, evidenciándose que los artículos presentados por GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L (lotes 6, 7 y 8), JUVAZQUEZ S.L (lotes 6, 7 y 8) y KRAPE S.A. (lotes 6 y 7) fueron declaradas aptas indebidamente, al no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se emite Resolución de revocación de la adjudicación de los lotes 6, 7 y 8 del expediente de referencia, a la empresa JUVAZQUEZ S.L., por la que se retrotrae el procedimiento al momento del examen del nuevo informe técnico, clasificándose de nuevo las ofertas de dichos lotes y procediéndose a efectuar el requerimiento de la capacidad de contratar y de la solvencia de la oferta con mejor relación calidad-precio.

En mesa de contratación celebrada el día 9 de abril de 2025, se examina el nuevo informe técnico elaborado por la Unidad Promotora, se acuerda elevar al órgano de contratación nueva propuesta de adjudicación de los lotes 6, 7 y 8 a favor de la empresa que presentó la oferta con mejor relación calidad-precio, OIARSO, S, COOP BEXEN MEDICAL con NIF F20061412.

Con fecha, 07 de mayo de 2025 la empresa JUVAZQUEZ S.L. interpone recurso especial en materia de contratación administrativa nº 178/2025, contra el acuerdo de su exclusión publicado el 9 de abril de 2025, así como el acuerdo de adjudicación publicado en fecha 28 de abril de 2025 en favor de la sociedad OIARSO, S COOP BEXEN MEDICAL.

Con fecha 12 de junio de 2025 el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid dicta Resolución nº 225/2025, en la mencionada resolución se acuerda estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación legal de JUVAZQUEZ S.L., contra las Resoluciones de la Gerente Asistencial de Atención Primaria, de fecha 7 y 24 de abril de 2025, por las que, respectivamente, se revoca la resolución de adjudicación de los Lotes 6, 7 y 8, en su favor, excluyendo sus ofertas del procedimiento y se adjudican los mismos en favor de otro licitador.

El Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, ordena retrotraer el expediente al momento de valoración del cumplimiento de prescripciones técnicas de las ofertas conforme al criterio de composición del espéculo en material de polietileno transparente establecido en los pliegos y recogido en su Resolución nº 225/2025.

El día 19 de junio de 2025, se presenta un nuevo informe técnico a la mesa de contratación, en el que se confirman diversos incumplimientos de los requerimientos técnicos solicitados en los pliegos, proponiendo dejar desierta la licitación de los lotes evaluados.

A la vista de las consideraciones expuestas, y en base a la propuesta efectuada por la mesa de contratación

DISPONGO

- Declarar DESIERTOS los lotes 6, 7 y 8 por no ajustarse, las ofertas presentadas a estos lotes, a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen en el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con pluralidad de criterios aplicación de fórmulas el expediente **A/SUM-015288/2024** denominado **“Suministro de toma de muestras con destino a los centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud”**.
- Dar cuenta al Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad de Madrid del resultado de esta licitación.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en su artículo 50.1, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid como órgano competente para resolverlo.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según se establece en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

La Gerente Asistencial de Atención Primaria
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre
(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: AZCUTIA GÓMEZ MARIA ROSARIO
Fecha: 2025.06.26 18:01

ANEXO: Licitadores excluidos y motivos.-

Por no ajustarse a lo exigido en los pliegos de prescripciones técnicas.

NIF	Licitador
B80179344	CAHNOS,S.L.
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

No consta el certificado del marcado CE, se solicita que todo el material ofertado tendrá marcado C.E./U.E. de conformidad, certificado de cumplimiento del R.D.1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, certificado de cumplimiento de la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE de 14 de junio de 1993 o reglamento europeo de productos sanitarios 745/2017 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos. UE 2017/746, IVD 98 / 79 / CE, para aquel material destinado a diagnóstico in vitro.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

No consta el certificado del marcado CE, se solicita que todo el material ofertado tendrá marcado C.E./U.E. de conformidad, certificado de cumplimiento del R.D.1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, certificado de cumplimiento de la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE de 14 de junio de 1993 o reglamento europeo de productos sanitarios 745/2017 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos. UE 2017/746, IVD 98 / 79 / CE, para aquel material destinado a diagnóstico in vitro.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

No consta el certificado del marcado CE, se solicita que todo el material ofertado tendrá marcado C.E./U.E. de certificado de cumplimiento del R.D.1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, cumplimiento de la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE de 14 de junio de 1993 ó reglamento productos sanitarios 745/2017 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos. UE 2017/746, IVD para aquel material destinado a diagnóstico in vitro.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

NIF	Licitador
A78951985	COVACA S.A.
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

Se solicita declaración responsable expresa sobre si el producto ofertado está exento de látex, según se requiera en el pliego de prescripciones técnicas, lo presenta la documentación en otro idioma distinto al castellano, no pudiéndose valorar.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

Se solicita declaración responsable expresa sobre si el producto ofertado está exento de látex, según se requiera en el pliego de prescripciones técnicas, lo presenta en otro idioma distinto al castellano, no pudiéndose valorar.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

Presenta muestra con referencia VS0027, que no corresponde con la ofertada, ni con la ficha técnica, E3018.

Se solicita declaración responsable expresa sobre si el producto ofertado está exento de látex, según se requiera en el pliego de prescripciones técnicas, lo presenta en otro idioma distinto al castellano, no pudiéndose valorar.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

NIF	Licitador
B87132486	KABANA LABS,S.L.
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

Solicitamos medida 118 +/- 2mm y la muestra indica talla m y mide 110mm. Solicitamos tamaño grande.

No consta el certificado del marcado CE, se solicita que todo el material ofertado tendrá marcado C.E./U.E. de conformidad, certificado de cumplimiento del R.D.1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, certificado de cumplimiento de la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE de 14 de junio de 1993 ó reglamento europeo de productos sanitarios 745/2017 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos. UE 2017/746, IVD 98 / 79 / CE, para aquel material destinado a diagnóstico in vitro.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

No consta el certificado del marcado CE, se solicita que todo el material ofertado tendrá marcado C.E./U.E. de conformidad, certificado de cumplimiento del R.D.1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, certificado de cumplimiento de la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE de 14 de junio de 1993 ó reglamento europeo de productos sanitarios 745/2017 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos. UE 2017/746, IVD 98 / 79 / CE, para aquel material destinado a diagnóstico in vitro.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

No consta el certificado del marcado CE, se solicita que todo el material ofertado tendrá marcado C.E./U.E. de conformidad, certificado de cumplimiento del R.D.1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, certificado de cumplimiento de la directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE de 14 de junio de 1993 ó reglamento europeo de productos sanitarios 745/2017 durante el ámbito de aplicación de sus respectivos artículos. UE 2017/746, IVD 98 / 79 / CE, para aquel material destinado a diagnóstico in vitro.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

NIF	Licitador
A28329704	KRAPE, S.A
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

Solicitamos Medida: Longitud de pala 109 +/-2 mm y presenta medida 120mm. Solicitamos Medida: A 16,5 +/- 1mm y presenta 35mm.

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

NIF	Licitador
B88630728	GAMMA SOLUTIONS HEALTH , S.L.
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

NIF	Licitador
B80957889	INTERSURGICAL,S.L.U.
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

NIF	Licitador
B28931202	JUVAZQUEZ S.L.
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

NIF	Licitador
F20061412	OIARSO, S. COOP BEXEN MEDICAL
Lote	Descripción
6	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/GRANDE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
7	ESPECULO VAGINAL ESTERIL DESECHABLE T/MEDIANA

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.

Lote	Descripción
8	ESPECULO VAGINAL VIRGINAL ESTERIL DESECHABLE

Motivo:

No se indica en su ficha técnica la composición del espéculo en material de polietileno.