

## INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “ADQUISICIÓN DE OCHO INCUBADORAS TRANSFORMABLES A TÉRMICAS ABIERTAS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

**NÚMERO DE EXPEDIENTE:** 2024-0-062 (A/SUM-038166/2024)

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

Los equipos presentados por las empresas **DRÄGER HISPANIA, S.A.U.** y cumple favorablemente con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresa en su oferta. Por lo tanto, se puede llevar a cabo la consecución de los puntos correspondiente a tales criterios como queda reflejada en el cuadro resumen.

El recuento de puntos para cada empresa queda recogido en la siguiente tabla:

| EMPRESA                 | CONEXIÓN RED              |        | HERRAMIENTA WEB |        | MEDICIÓN CONTINUA |        | COLCHÓN      |          | MUSICOTERAPIA |          |
|-------------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|--------------|----------|---------------|----------|
| DRÄGER HISPANIA, S.A.U. | SI                        | 5 Pts. | SI              | 5 Pts. | SI                | 4 Pts. | SI           | 3 Pts.   | SI            | 3 Pts.   |
|                         | VISUALIZACIÓN TEMPERATURA |        | HUMIDIFICACIÓN  |        | PARED DOBLE       |        | ACCESO RAYOS |          | INCLINACIÓN   |          |
|                         | SI                        | 3 Pts. | SI              | 2 Pts. | SI                | 2 Pts. | SI           | 1,5 Pts. | SI            | 1,5 Pts. |

En Madrid, a día de la fecha.

**EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO  
Fecha: 2024.11.04 11:32

Fdo. Álvaro Gamero Navarro

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: