

MEMORIA DE JUSTIFICACION CLINICA Y FUNCIONAL PARA ELECCION DE OFERTA

EXP AM.:	AM 2024/005
DENOMINACIÓN	Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de arcos quirúrgicos para varias comunidades autónomas, centros del INGESA en Ceuta y Melilla y organismos de la administración del estado
NÚMERO DE LOTE	Lote 4: ARCO QUIRURGICO DE ALTAS PRESTACIONES CON 3D
EQUIPO A SUSTITUIR	Philips BV 300 (año 2000)
Opción elegida: (OB/VARIANTE)	VARIANTE 2
Adjudicatario :	General Electric Healthcare España, SAU

1.- Justificación, por motivos técnicos del Anexo XI, de que la oferta de menor precio no pueda satisfacer la concreta necesidad del hospital.

El servicio de Neurocirugía del hospital, que cuenta con varios CESUR en su ámbito, tiene unas necesidades especiales para el uso que va a prestar el arco quirúrgico solicitado:

- Se requiere que el sistema cuente con movimientos motorizados en todas sus rotaciones (orbital y lateral) y en su movimiento de elevación de la columna vertical. Además, debe contar con memoria de posiciones que permita el auto posicionamiento de las proyecciones grabadas
- Con el fin de minimizar el número de cables en el quirófano y mejorar la ergonomía del conjunto, el sistema debe incorporar un pedal inalámbrico de disparo, así como una transmisión de datos al PACS del centro vía Wifi.
- Debe contar con una consola de gestión de movimientos motorizados con anclaje a mesa quirúrgica y con una Tablet extra de control sobre carro con ruedas
- Debido a la naturaleza del equipo a instalar, y siendo necesario que el mismo, cuente con adquisición de imágenes 3D por medio de una rotación orbital alrededor del paciente, se requiere que la oferta incluya una mesa radiotransparente fabricada preferiblemente en fibra de carbono, que permita adquirir imágenes volumétricas, sin artefactos metálicos.
- La rotación orbital del arco a la hora de realizar la adquisición de imágenes 3D, debe ser concéntrica NO variable, que realice movimientos de avance o elevación durante la adquisición del volumen, con el fin de evitar colisiones innecesarias o posibles riesgos derivados de un movimiento no rotacional concéntrico.

Las ofertas adjudicatarias del AM que dan respuesta a estas necesidades y por consiguiente cumplen con esta idoneidad son las siguientes:

Empresa Licitadora	Lote	OFERTA (BASE/VARIANTE)	Oferta sin IVA
SIEMENS HEALTHCARE SLU	4	Variante 2	257.499,00 €
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU	4	Variante 2	250.000,00 €

Tras analizar las ofertas que cumplen con las necesidades descritas en este informe, se confirma que la oferta de **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U., Variante 2 del lote 4**, presenta el menor precio.

Firmado por ALFONSA FRIERA REYES -
DNI [REDACTED] el día 17/09/2024
con un certificado emitido por SIA
SUB01

Firmado:
Dra Alfonsa Frieria Reyes, jefa de servicio de Radiodiagnóstico