

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE INV-PAPC-2024-1-43 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUNAS TÉRMICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA-PEDIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE				
LOTE	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VALORACIÓN (CUMPLE/NO CUMPLE CON PPT)
1	73691	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUNAS TÉRMICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA-PEDIATRÍA	DRÁGUER HISPANIA, S.A.U.	SI CUMPLE
			GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	SI CUMPLE
			MEDICAL CAÑADA, S.L.	NO CUMPLE: Se pide saturación Nellcor, y ofertan saturación Massimo. No presentan información características batería (duración, peso,...) y en las características funcionales no existe información del ajuste ni de los rangos de temperatura del sistema de calefacción