

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE JUICIOS DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS SOBRE LA LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO del equipamiento y de la INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA E INTEGRACIONES DE LA SOLUCIÓN DE TRAZABILIDAD DE REPRODUCCIÓN HUMANA PARA EL HGUGM

A la vista de la oferta presentada por:

- BIOMEDICAL SUYPPLY S.L

Se constata que **cumple con los requisitos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.**

Por otro lado, los criterios a valorar según el punto 9.2.2.- Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor del PCAP distribuidos según los siguientes puntos:

Descripción en cuanto a integraciones (apartado 5.1. del PPT):	Hasta 8 puntos
--	----------------

Se otorga la puntuación de 1 punto, ya que no se expone con detalle en el pliego la integración con estándares HL7 y solo describe como lo hace con otros tipos de conexión.

Descripción funcional de la solución (apartado 5.2. del PPT)	Hasta 4 puntos
--	----------------

Se otorga la puntuación de 2 puntos sobre 4. Tras analizar el documento técnico. Se expone que: la oferta se ciñe a los mínimos requeridos por el pliego y se detalla mínimamente. No expone circuitos de trabajo ni flujos de trabajo a realizar de manera detallada.

En cuanto a la descripción del servicio propuesto, queda definido en unos mínimos, pero hubiera sido necesario profundizar en relación con el mismo.

Por todo ello, la puntuación otorgada es 3 puntos sobre un total de 12.

Madrid, 11 de Noviembre de 2024

Jefe de Servicio de Sistemas de Información
Raúl López Martínez