

## CONSULTA Nº1

**ASUNTO:** CONSULTA EXPEDIENTE PAS 2024-7-284 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA TORRE DE ENDOSCOPIA QUIRÚRGICA PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

### Datos de la persona o entidad representante

Tipo de identificación	Identificación	Razón social/Entidad
NIF	A78936606	KARL STORZ Endoscopia Ibérica, S.A.

### Expone y solicita:

Solicitamos la siguiente aclaración:

Sobre las características técnicas mínimas reflejadas en el pliego, en relación a la fuente de luz se requiere que la misma emita luz mediante tecnología Láser, teniendo en cuenta que para la utilización de este tipo de fuentes de luz en quirófano es necesario tomar medidas de protección, solicitamos al órgano la posibilidad de ofertar fuente de luz LED sin tecnología láser siempre que cumpla el criterio principal que es que emita luz fluorescente para reproducción de imágenes, ¿es posible?



Sobre los criterios de valoración, en referencia a la no obligatoriedad de esterilizar el videolaparoscopio 3D, entendemos que se refiere a no esterilizar mediante autoclave permitiendo cualquier otro tipo de esterilización como gas plasma, etc, ¿es posible?

### Aclaración

Respecto a la fuente de luz, el objetivo es contar con la posibilidad de emitir luz fluorescente, independientemente de la tecnología que emplee.

Respecto al segundo punto, señalar que en ocasiones precisamos usar el mismo videolaparoscopio 3D para varios procedimientos a lo largo de una misma jornada quirúrgica por lo que valoramos positivamente que podamos emplearlo con una cobertura estéril específica, sin necesidad de esterilización, sea cual sea, el método empleado, evitando demoras y riesgos de rotura.

En Madrid a la fecha de la firma,

Fdo.: **MARIA DEL CARMEN SOTO BEAUREGARD** -   
Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN SOTO BEAUREGARD -   
Fecha: 2024.10.22 09:35:39 +02'00'

**Jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica**