

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Nº EXPEDIENTE: PAS 67-2024

***“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE DE CIRUGÍA
LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO
OCHOA”***

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO: “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (PAS 67-2024)

Este Pliego de Prescripciones Técnicas habrá de regir la ejecución de la prestación del suministro cuyo objeto a continuación se indica, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. El plazo de ejecución será de **12 meses** y el presupuesto de licitación es **71.244,80 €**, siendo la base imponible **58.880,00 €** y el IVA (21 %) **12.364,80 €**.

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la adquisición de MATERIAL DESECHABLE DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA con destino al HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA DE LEGANÉS, según las características particulares y en las cantidades, precios máximos y características generales que se encuentran definidos a continuación.

2. CANTIDADES, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LOTE 1: DISECTOR DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	F50010	DISECTOR DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	22,00 €	400	8.800,00 €	21,00%	1.848,00 €	10.648,00 €

Características Técnicas:

- Disector tipo Maryland, entre 30-35 cm de longitud, eje rotatorio de 5 mm de diámetro, adaptador monopolar.
- Ángulo de entre 25-30 grados para mejor agarre.
- Punta de acero inoxidable 17/4 que garantiza alta resistencia a tensión y deformación.
- Mango de fibra de vidrio para incrementar la seguridad en caso de fallo eléctrico con energía monopolar.
- Fuerza de transmisión 1:1 que permite manejabilidad y precisión y mejora tacto y sensibilidad.
- El mango tendrá un asidero para el primer dedo y el otro con una protuberancia que separe tercer y cuarto dedo y esté dotado de una espiga para el apoyo del quinto.
- El eje tendrá cobertura de color negro para evitar reflejos y deslumbramientos.

LOTE 2: PINZA DE AGARRE DESECHABLE TIPO GRABBER P/ TROCAR (CIRUGIA LAPAROSCÓPICA):

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
2	F50026	PINZA AGARRE DESECHABLE TIPO GRABBER P/ TROCAR (CIRUGIA LAPAROSCÓPICA)	25,00 €	1.000	25.000,00 €	21,00%	5.250,00 €	30.250,00 €

Características Técnicas:

- Pinza de agarre, entre 30-35 cm de longitud, eje rotatorio de 5 mm de diámetro, adaptador monopolar.
- Punta de acero inoxidable 17/4 que garantiza alta resistencia a tensión y deformación.
- Mango de fibra de vidrio para incrementar la seguridad en caso de fallo eléctrico con energía monopolar.
- Fuerza de transmisión 1:1 que permite manejabilidad y precisión y mejora tacto y sensibilidad.
- El mango tendrá un asidero para el primer dedo y el otro con una protuberancia que separe tercer y cuarto dedo y esté dotado de una espiga para el apoyo del quinto.
- El eje tendrá cobertura de color negro para evitar reflejos y deslumbramientos.
- Con botón de fijación de cierre-apertura de la punta.

LOTE 3: PINZA DE AGARRE FENESTRADO DESECHABLE P/ TROCAR (CIRUGIA LAPAROSCÓPICA)

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
3	F50009	PINZA DE AGARRE FENESTRADO DESECHABLE P/ TROCAR (CIRUGIA LAPAROSCÓPICA)	22,00 €	540	11.880,00 €	21,00%	2.494,80 €	14.374,80 €

Características Técnicas:

- Pinza de tracción sin dientes, entre 30-35 cm de longitud, eje rotatorio de 5 mm de diámetro, adaptador monopolar.
- Punta de acero inoxidable 17/4 que garantiza alta resistencia a tensión y deformación.
- Mango de fibra de vidrio para incrementar la seguridad en caso de fallo eléctrico con energía monopolar.
- Fuerza de transmisión 1:1 que permite manejabilidad y precisión y mejora tacto y sensibilidad.
- El mango tendrá un asidero para el primer dedo y el otro con una protuberancia que separe tercer y cuarto dedo y esté dotado de una espiga para el apoyo del quinto.
- El eje tendrá cobertura de color negro para evitar reflejos y deslumbramientos.
- Con botón de fijación de cierre-apertura de la punta.
- Punta en forma de cresta para que la parte interna no toque el tejido, esto minimizará la lesión tisular.

LOTE 4: TIJERA CURVA DESECHABLE P/TROCAR (CIRUGIA LAPAROSCÓPICA)

Nº DE LOTE	CODIGO HOSPITAL	DESCRIPCIÓN DEL LOTE	PRECIO UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD 12 MESES	BASE IMPONIBLE	TIPO I.V.A.	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
4	F50106	TIJERA CURVA DESECHABLE P/TROCAR (CIRUGIA LAPAROSCÓPICA)	22,00 €	600	13.200,00 €	21,00%	2.772,00 €	15.972,00 €

Características Técnicas:

- Tijera curva, entre 30-35 cm de longitud, angulación de entre 25-30 grados, eje rotatorio de 5 mm de diámetro, adaptador monopolar.
- Punta de acero inoxidable 17/4 que garantiza alta resistencia a tensión y deformación.
- Mango de fibra de vidrio para incrementar la seguridad en caso de fallo eléctrico con energía monopolar.
- Fuerza de transmisión 1:1 que permite manejabilidad y precisión y mejora tacto y sensibilidad.
- El mango tendrá un asidero para el primer dedo y el otro con una protuberancia que separe tercer y cuarto dedo y esté dotado de una espiga para el apoyo del quinto.
- El eje tendrá cobertura de color negro para evitar reflejos y deslumbramientos, la cobertura debe alcanzar hasta la articulación de la tijera.

3. CONDICIONES GENERALES

El adjudicatario estará obligado durante la vigencia del contrato a:

Condiciones generales de ejecución del suministro

El suministro se efectuará en el Almacén General del Hospital Universitario Severo Ochoa en horario de 08:30h a 13:30h.

Plazo de Entrega/ reposición.

Plazo de entrega/reposición de los productos demandados será en los pedidos ordinarios, como máximo de 24 horas a contar desde el momento de recepción del pedido.

Reposición por anomalías y defectos en el suministro.

Caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo máximo de 48 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

El servicio de Suministros dentro del proceso de certificación en la ISO 9001:2015 en el que se encuentra incurso el Hospital Universitario Severo Ochoa realizará una evaluación anual de los adjudicatarios.

4. REQUERIMIENTOS REGULATORIOS

Todas las ofertas presentadas deberán cumplir lo establecido en el RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y en general toda la normativa vigente que le sea de aplicación.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario, para el cumplimiento del contrato, adoptarán las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando al Hospital de cualquier responsabilidad sobre el mismo. En especial se deberán adoptar todas aquellas medidas exigidas legalmente, relativas a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y al abandono de cualquier tipo de residuos, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados como peligrosos.

La empresa será responsable de la gestión, retirada, almacenamiento, transporte y reciclado o destrucción de los envases vacíos de transporte que resulten de la ejecución del contrato.

La retirada de los envases será acorde a las instrucciones que la empresa adjudicataria reciba del centro.

Así mismo el adjudicatario se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones laborales vigentes, relativas a la contratación y empleo de su personal y la relativa a Seguridad Social y Seguridad e Higiene (Ley de Protección de Riesgos Laborales).

Leganés, 2 de octubre de 2024

**LA DIRECTORA MÉDICO
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA**

(Por vacante el Director Gerente del Hospital U. Severo Ochoa,
según Resolución del Director Gerente de 30 de julio de 2020)

Firmado digitalmente por: REQUENA BURGOS MARIA TERESA

CONFORME:

A N E X O

CUADRO DE OFERTAS TECNICAS PRESENTADAS

(ATENCIÓN): Debe ser incluido en el sobre 1 como primera hoja de la oferta técnica)

Nº LOTE	CODIGO INDICADO EN EL PPT <i>(Sólo en el caso que los artículos vengan codificados en el PPT)</i>	DESCRIPCION DEL ART. INDICADA EN EL PPT	BASE O VARIANTE	DESCRIPCION DEL ART. DADA POR EL LICITADOR <i>(Sólo en el caso de que se describa de forma distinta a la indicada en el pliego)</i>	REFERENCIA DEL LICITADOR