

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSO EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO I CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

**EXPEDIENTE A/SUM-040018/2024**

**CORRECCION A LA RESPUESTA FACILITADA POR EL ORGANO DE CONTRATACIÓN A LA PREGUNTA Nº 2 FORMULADA POR STRYKER IBERIA, SL**

Advertido error en la respuesta facilitada al licitador **STRYKER IBERIA, SL a su pregunta nº 2:**

Pregunta 2:

*"En las características mínimas exigidas, se solicita pantalla táctil para la consola de cámara, fuente de luz y sistema de captura de imágenes, entendemos que cada uno de los procesadores debe ser independiente y tener una pantalla táctil incorporada en cada uno de los equipos, ¿es correcto?"*

Donde dice:

**Respuesta:**

Es correcto

Debe decir:

**Respuesta:**

No es correcto (En las características mínimas exigidas no se solicitan estos requisitos)

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: GARCIA PONDAL JULIO JESUS  
Fecha: 2024.10.29 10:34