

SUMINISTRO DE UN CONGELADOR ULTRA RÁPIDO DE PLASMA (PA SUM 031/2024 – A/SUM-040406/2024)

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.- OBJETO

Adquisición de un congelador rápido de plasma para el área de fraccionamiento del Centro de Transfusión, con las características que se detallan a continuación.

2.- DEFINICIÓN DEL OBJETO

Congelador rápido de plasma deberá cumplir con las siguientes características:

- Temperatura de trabajo inferior a -75º C.
- Capacidad superior o igual a 40 uu de 250 cc.
- Velocidad de congelación inferior 1 hora para al menos 40 uu. de PFC, alcanzando al menos -25ºC
- Libres de CFC
- Deberá de disponer de un sistema de trazabilidad que certifique que la congelación se ha realizado de forma correcta, sin necesidad de utilizar bolsas patrón.
- El sistema de cierre asegure que no se interrumpa el ciclo de congelación.
- Certificación IQ del equipo una vez instalado.
- Sistema operativo Windows 10 o superior.
- Conectividad del equipo en red para supervisión y envío de informes de trazabilidad de las congelaciones.
- Manuales de uso y configuración en español.

Deberá de disponer de un certificado del cumplimiento de la normativa en materia de Hemoterapia (Estándares CAT y Guía EDQM) para la preservación de los factores plasmáticos, así como la certificación del cumplimiento del Real Decreto 192/2023 sobre productos sanitarios.

3.- SERVICIOS INCLUIDOS

Se entienden incluidos dentro del presente contrato cuantos gastos pudieran derivarse de la entrega del equipo, expresamente los de transporte del mismo y todos los derivados de su instalación y puesta en marcha, así como el Certificado de Puesta en marcha, con certificación de instalación y validación.

Garantía de 2 años, durante los cuales se incluirá el mantenimiento preventivo.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA

Firmado digitalmente por
[REDACTED] LUISA MARIA BAREA (R:
S2800474E)
Fecha: 2024.10.11 12:42:03 +02'00'

Fdo.: Luisa Barea García