

PASA 72-2024 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUNAS TÉRMICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)												
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS				Para optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, los equipos permitirán ser conectados en red para permitir realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota (según se describe en el apartado 7 del PCAP)			Para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, se incluirá una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital (según se describe en el apartado 7 del PCAP)		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	
DRÁGER HISPANIA, S.A.U.	CUNAS TÉRMICAS DE CUIDADOS DE REANIMACIÓN NEONATAL	BABYROO TN300 + VISTA 300	SI			SI		5,00	SI		5,00	

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)

LICITADOR	Colchon de gel calefactable con ajuste de la temperatura del mismo en pantalla y con ajuste tanto manual como automático		Módulo de reanimación con ajuste de la frecuencia respiratoria directamente en el módulo (no en la tubuladura), así como de la PEEP para una reanimación automática		Visualización en la pantalla de la cuna de la diferencia de temperatura entre la temperatura central y periférica para la detección precoz de estrés térmico, medida mediante conexión a la cuna de dos sondas de temperatura independientes diferenciadas por color		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	
DRÁGER HISPANIA, S.A.U.							30,00
	SI	8,00	SI	8,00	SI	4,00	



Leganés, a 25 de octubre de 2024

JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRÍA
Dr. M^a Luz García García