

PAS 74-2024 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE ÚNICO

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)		CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		REFERENCIA LICITADOR		DESCRIPCIÓN		LICITADOR	
Visualización de tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o PDF. Esto permitirá tomar decisiones de mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más, optimizando los recursos. Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez		SI CUMPLE		NO CUMPLE		JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE		SI CUMPLE	
SI = 10 PUNTOS NO = 0 PUNTOS		SI / NO		PUNTOS		SI / NO		PUNTOS	
Sensor de flujo específico neonatal para medición de la zona próxima al paciente con un espacio muerto de máximo 0,9 ml		SI = 15 PUNTOS NO = 0 PUNTOS							
Visualización de tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o PDF. Esto permitirá tomar decisiones de mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más, optimizando los recursos. Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez		SI		10,00		SI		15,00	
		NO *		0		NO **		0	

\* El licitador dice en su documento de autoevaluación que la justificación está en el epígrafe 4.2, páginas 37 y 59 del manual de uso, no es así y tampoco se localiza en el resto del documento dicha información.

\*\* El licitador dice en su documento de autoevaluación que la justificación está en el epígrafe 8.3, no es así y tampoco se localiza en el resto del documento dicha información.

\*\*\* El licitador dice en su documento de autoevaluación que la justificación está en el epígrafe 4.2, no es así y tampoco se localiza en el resto del documento dicha información.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)	
Calibración automática de la célula de O <sub>2</sub> al encenderse y cada 24 horas sin necesidad de desconectar al paciente			
SI = 5 PUNTOS			
SI / NO		PUNTOS	
SI		5	
NO ***		0	
PALEX MEDICAL, S.A.		30,00	
HELANTHUS MEDICAL, S.L.		0,00	

Leganés, a 05 de noviembre de 2024

JEFE DE MANTENIMIENTO  
Iván Andrés Andújar

JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRÍA  
Dr. M<sup>a</sup> Luz García García