

PA 69-2024 "SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INCUBADORAS TRANSFORMABLES A TÉRMICA ABIERTA CON DESTINO AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO		VENTILADOR CONVENCIONAL Y ALTA FRECUENCIA															
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)																	
LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Para optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, los equipos permitirán ser conectados en red para permitir realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota Si ..... 5 puntos No ..... 0 puntos		Para permitir la optimización de la utilización de los equipos, y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, se incluirá una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital Si ..... 5 puntos No ..... 0 puntos		Activación de cortina preventiva de aire mediante tecla en pantalla para prevenir las pérdidas de temperatura de la incubadora activándola antes de la apertura de ventanas o paneles. Si ..... 5 puntos No ..... 0 puntos		Ruido máximo de la incubadora de 40dB y silenciamiento de alarma con manos libres mediante sistema infrarrojo para prevenir infecciones Si ..... 5 puntos No ..... 0 puntos		Protocolo validado de limpieza y desinfección de la incubadora con HR<75% cada 2 semanas que permita extender la estancia del bebe en la incubadora. Si ..... 5 puntos No ..... 0 puntos		Incluye sistema de transporte intrahospitalario con batería con duración mínima de 45 minutos, que convierta las incubadoras estacionarias en incubadoras de transporte intrahospitalario, con posibilidad de conectar por la parte frontal o trasera y con giro de 360° sobre sí mismo para facilitar la maniobrabilidad en la unidad neonatal. También se incluirá reanimador neonatal. Si ..... 5 puntos No ..... 0 puntos		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
Drager Hispania, SAU	BABYLEO TN500	SI			SI	5	SI	5	SI	5	NO *	0	NO **	0	NO	0	15
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SA	Giraffe OmniBed Carestation	SI			NO	0	SI	5	SI	5	SI	5	SI	5	SI	5	25

Leganes, 5 de noviembre de 2024

\* El sistema del adjudicatario, no dispone de funcionamiento manos libres mediante sensor infrarrojo.

\*\*El licitador aporta ISO 17025, no siendo posible encontrar en la documentación técnica el protocolo validado de limpieza y desinfección de la incubadora con HR<75% cada 2 semanas que permita extender la estancia del bebe en la incubadora.

JEFE DE SERVICIO TÉCNICO  
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Ivan Andrés Andrada

JEFA DE SERVICIO DE PEDIATRÍA  
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Dra. M<sup>a</sup> Luz García García