



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Nº EXP: PA 69-2024

TITULO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INCUBADORAS TRANSFORMABLES A TÉRMICA ABIERTA CON DESTINO AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.

RESOLUCION DE INICIO

Visto informe de necesidad emitido por el Jefe del Servicio de Pediatría y Servicio Técnico como unidad promotora de este contrato, se manifiesta la necesidad de iniciar la tramitación del expediente arriba referenciado con las siguientes características justificadas a continuación:

1. MOTIVACION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

Con objeto de poder garantizar una prestación asistencial de calidad acorde con las necesidades actuales, se ha aprobado desde la Dirección General de Infraestructuras del SERMAS un Plan de Renovación y mejora tecnológica, cuyo objetivo es la sustitución del equipamiento obsoleto de los Servicios de Neonatología. De este modo, siendo necesario renovar 5 incubadoras transformables a térmicas abiertas en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Severo Ochoa, y estando este equipamiento incluido en el Plan anteriormente citado, se considera preciso promover expediente de contratación administrativa para la adquisición de estos bienes.

Esta necesidad obedece al objetivo del Hospital Universitario Severo Ochoa de seguir cumpliendo los fines institucionales que tiene encomendados, con pleno sometimiento a los principios recogidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. VALOR ESTIMADO Y MÉTODO DE ESTIMACIÓN DEL MISMO

Una vez realizado estudio económico del contrato que obra en el expediente, su valor estimado, determinado según regula el art. 101 de la LCSP, será de 150.000,00€ en función de los siguientes conceptos:

- Importe del Suministro, sin iva para un plazo de ejecución de 21 días:
- El presupuesto de licitación del suministro ha sido calculado: según los costes directos (ejecución material basada en el importe del bien) y los costes indirectos (13% de gastos generales y 6% de beneficio industrial)
- Posibles prórrogas: No procede
- Posibles modificaciones: No procede

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ELEGIDO

En virtud de lo establecido en el art. 131 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de los contratos de suministros se realizará ordinariamente utilizando el procedimiento abierto.

4 DIVISION DEL OBJETO DEL CONTRATO EN LOTES

X No

En virtud de lo regulado en el art. 99 3 b) se considera que existen motivos válidos que justifican la no división en lotes del objeto del contrato, ya que, constituyendo una unidad funcional, su división dificultaría la coordinación de su ejecución y su correcta realización.

5 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA EXIGIBLES

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Entre los medios previstos en el art. 87 de la LCSP, se entiende que resulta idónea, a los efectos de acreditar la viabilidad económica y financiera de las ofertas presentadas al procedimiento de licitación, y en atención al objeto contractual y la cuantía económica del mismo la siguiente:

- Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles con una cifra que suponga una vez y media el valor estimado del contrato)

b) Acreditación de la solvencia técnica:

Entre los medios previstos en el art. 89 LCSP, se entiende que resulta idónea, a los efectos de acreditar la viabilidad técnica de las ofertas presentadas al procedimiento de licitación, y en atención al objeto contractual y la cuantía económica del mismo la siguiente:

- Relación de los principales suministros efectuados en los 3 últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato

6 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de la LCSP la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

Los criterios objetivos propuestos serán:

1.- CRITERIO PRECIO..... 70 PUNTOS

Este criterio valorará el coste del suministro, criterio que estando vinculado al objeto del contrato, se basa en los principios de estabilidad presupuestaria y eficiencia de los recursos públicos.

2. CRITERIO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS30 PUNTOS

| | DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | PONDERACIÓN (En puntos) |
|---|---|----------------------------|
| 1 | <p>Los equipos permiten ser conectados en red para permitir realizar tareas de análisis para el mantenimiento preventivo y correctivo de forma remota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuando se produzca un fallo en el equipo, este se debe mostrar en la pantalla del equipo y el servicio técnico del fabricante recibirá un aviso automáticamente para que pueda realizar el diagnóstico de forma remota, acudiendo al hospital con el material necesario para solucionarlo - El equipo enviará diariamente el estado de los parámetros técnicos de los componentes principales del equipo y su evolución en el tiempo. En relación los límites de seguridad de cada uno de ellos, se marcará una acción preventiva para su sustitución al conocer los valores de tolerancia y permitiendo planificar el cambio de la pieza correspondiente antes de que falle <p><i>Justificación del criterio: Esta conectividad permite optimizar el mantenimiento de los equipos ofertados, aportando con ello una mayor calidad del equipamiento ofertado</i></p> | 5 Puntos |
| 2 | <p>Se incluye una herramienta web accesible para el personal designado por el hospital que permita lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visualización gráfica de la antigüedad del dispositivo versus el tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o pdf. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. Así se optimizarán los recursos. - Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez. - Deberá mostrar de forma inmediata el estado de operatividad de todos los dispositivos conectados en red en todo momento, diferenciados por: en funcionamiento, en espera, demostración, desconectado o desconocido. <p><i>Justificación del criterio: Esta herramienta permite la optimización de la utilización de los equipos y durante el periodo de garantía de los equipos ofertados, aportando con</i></p> | 5 Puntos |

| | | |
|---|--|----------|
| | ello una mayor calidad del contrato | |
| 3 | <p>Activación de cortina preventiva de aire mediante tecla en pantalla para prevenir las pérdidas de temperatura de la incubadora activándola antes de la apertura de ventanas o paneles.</p> <p><i>Justificación del criterio: Evita el escape de calor del interior de la incubadora, por lo que se aumenta la seguridad y confort del paciente. En definitiva aporta mayor calidad del equipamiento ofertado.</i></p> | 5 Puntos |
| 4 | <p>Ruido máximo de la incubadora de 40dB y silenciamiento de alarma con manos libres mediante sistema infrarrojo para prevenir infecciones.</p> <p><i>Justificación del criterio: Evita posibles infecciones cruzadas y previene sepsis al no requerir contacto físico con el panel de la incubadora. En definitiva se valora la mayor calidad del equipamiento ofertado.</i></p> | 5 Puntos |
| 5 | <p>Protocolo validado de limpieza y desinfección de la incubadora con HR<75% cada 2 semanas que permita extender la estancia del bebe en la incubadora.</p> <p><i>Justificación del criterio: Se reduce el estrés del paciente al aumentar el tiempo que puede permanecer el bebe en la incubadora. En definitiva se valora la mayor calidad del equipamiento ofertado.</i></p> | 5 Puntos |
| 6 | <p>Incluye sistema de transporte intrahospitalario con batería con duración mínima de 45 minutos, que convierta las incubadoras estacionarias en incubadoras de transporte intrahospitalario, con posibilidad de conectar por la parte frontal o trasera y con giro de 360° sobre si mismo para facilitar la maniobrabilidad en la unidad neonatal. También se incluirá reanimador neonatal.</p> <p><i>Justificación del criterio: Permite transportar al paciente sin necesidad de cambiarlo a otro equipo específico. Lo que aumentan la seguridad del paciente y facilita la labor de los profesionales.</i></p> | 5 Puntos |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Los diferentes criterios indicados a continuación evaluables de forma automática se refieren a mejoras en el material. En definitiva, todos estos criterios valoran una mayor la calidad del contrato.

7 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE

En base a lo dispuesto en el art. 147 de la LCSP, se establece como criterios de adjudicación específicos para el desempate, en los casos en que tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate, los siguientes:

- Porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa
- Ser empresa de inserción regulada en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre
- Empresas que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna más de una característica de las señaladas.

Estos criterios son favorecen los principios sociales y laborales impulsados desde las directivas europeas.

En caso de persistencia del empate, se decidirá la oferta seleccionada mediante sorteo público.

8 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

En cumplimiento de lo regulado en el art. 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos, el adjudicatario deberá adoptar medidas dirigidas a la protección del medio ambiente como la promoción del reciclado de productos, el uso de envases reutilizables o de vehículos ecológicos. Dicha condición se acreditará mediante declaración responsable en el momento de formalizar el contrato. A los efectos de comprobar el cumplimiento, el responsable del contrato podrá hacer uso de las facultades de comprobación de la declaración responsable y requerir al efecto, si lo considera necesario, la presentación de los correspondientes justificantes.

En cumplimiento de lo recogido en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo recogido en esta cláusula se considera como condición esencial de ejecución, constituyendo su incumplimiento causa de resolución del contrato.

10 RESPONSABLE DEL CONTRATO

Jefe del Servicio de Pediatría y Jefe del Servicio Técnico.

De este modo y de conformidad con lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por delegación de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección general del Servicio Madrileño de Salud, (Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, publicada en el BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

RESUELVO

Autorizar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación del contrato de “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de incubadoras transformables a térmica abierta con destino al servicio de neonatología del Hospital U. Severo Ochoa”, cuyo presupuesto de licitación asciende a 181.500,00 (base imponible 150.000,00 más 21% de IVA) y un plazo de ejecución de 21 días, todo ello motivado por la necesidad descrita anteriormente.

Leganés, 9 de octubre de 2024

**LA DIRECTORA MÉDICO
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA**

(Por vacante del Director Gerente del Hospital U. Severo Ochoa,
Según Resolución del Director Gerente de 30 de julio de 2020)

Firmado digitalmente por: REQUENA BURGOS MARIA TERESA