

PASA 70-2024 "SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CUNAS TÉRMICAS DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO		CUNAS TÉRMICAS PARA CUIDADOS INTENSIVOS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)												TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Los equipos permitirán ser conectados en red para permitir realizar tareas de análisis para el mto. Preventivo y correctivo de forma remota Si 5 puntos No 0 puntos		Incluye una herramienta web accesibles para el personal designado por el hospital Si 5 puntos No 0 puntos		Modos avanzados de tratamiento del paciente activables en pantalla Si 10 puntos No 0 puntos		Visualización en la pantalla de la cuna la diferencia de temperatura entre la temperatura central y la periférica para detección precoz de estrés térmico Si 5 puntos No 0 puntos		Se incluye lámpara de fototerapia on niveles de intensidad ajustables y conexión RS-232 para el sistema de transmisión de datos para el registro en la historia clínica del paciente Si 5 puntos No 0 puntos		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SINO	PUNTOS	SINO	PUNTOS	SINO	PUNTOS	SINO	PUNTOS	SINO	PUNTOS		
Drager Hispania, SAU	MU20300 Babyroc TN300	X			SI	5	SI	5	SI	10,00	SINO	5,00	SI	5	30,00	

Leganés, 25 de octubre de 2024



Jefe de Servicio Técnico
Hospital U. Severo Ochoa

Jefa de Servicio de Pediatría
Hospital U. Severo Ochoa

Dra. M^a Luz García García