

PAS 73-2024 "SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADOR CONVENCIONAL Y ALTA FRECUENCIA NEONATAL CON DESTINO AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO		VENTILADOR CONVENCIONAL Y ALTA FRECUENCIA											
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)													
LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Compensación de tubo endotraqueal con introducción del diámetro del tubo y con selección del tubo endotraqueal o tubo traqueotomía. Posibilidad de activación/desactivación compensación espiratoria e inspiratoria Si 10 puntos No 0 puntos		Visualización de tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable a Excel o PDF Si 10 puntos No 0 puntos		Pantalla táctil a color, de tamaño igual o superior a 18 pulgadas Si 5 puntos No 0 puntos		Representación gráfica continua de la mecánica pulmonar del paciente en forma de pulmón en movimiento Si 5 puntos No 0 puntos		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
Drager Hispania, SAU	8422400 Babylog VN800	SI			SI	10	SI	10	SI	5,00	SI	5	30,00

Leganés, 5 de noviembre de 2024

JEFE DE SERVICIO TÉCNICO
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA



Ivan Andrés Andrada

SERVICIO TECNICO
HOSPITAL SEVERO OCHOA

JEFA DE SERVICIO DE PEDIATRIA
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Dra. M^a Luz García García

