

PAS 76-2024 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA EL SERVICIO DE LA UCINEONATAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE ÚNICO

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)									
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Monitor de transporte, que disponga de asa integrada sin elementos externos con la posibilidad de seleccionar distintos colores en estas que faciliten la identificación de los dispositivos que pertenecen a la unidad		Monitor de transporte, que permita la rotación automática del contenido de la pantalla cuando el módulo 90º (posición vertical) y 180º (posición horizontal invertida) para facilitar su ventilación en cualquier posición	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS
PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.	Monitor multiparamétrico	Central de Monitorización PIC IX Enterprise. Monitores IntelliVue MX750, X3 y rack FMX4. Módulos IntelliVue de Electroencefalografía, Capnografía Microstream, IntelliBridge	SI						
	HW central de monitorización		SI						
	Licencia central monitorización		SI						
	Módulo electroencefalografía		SI			SI	6,00	SI	10,00
	Módulo capnografía		SI						
	Módulo integración		SI						

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)						
LICITADOR	Bloqueo automático de la pantalla del monitor de cabecera y del monitor de transporte cuando detecte líquidos y ante manipulación intencionada, con el objetivo de impedir modificaciones de la configuración clínica determinada, silenciando alarmas inadvertido, etc...	SI = 8 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	PUNTOS	SI / NO	SI = 6 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	PUNTOS
PHILIPS IBÉRICA, S.A.U.		SI	8,00	SI		6,00
TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)						30,00

PAS 76-2024 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE PACIENTE PARA EL SERVICIO DE LA UCI NEONATAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE ÚNICO: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)


LICITADOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	Monitor de transporte, que disponga de asa integrada sin elementos externos con la posibilidad de seleccionar distintos colores en estas que faciliten la identificación de los dispositivos que pertenecen a la unidad			Monitor de transporte, que permita la rotación automática del contenido de la pantalla cuando el módulo 90° (posición vertical) y 180° (posición horizontal invertida) para facilitar su ventilación en cualquier posición		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI = 6 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	SI = 10 PUNTOS NO = 0 PUNTOS
PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.	Monitor multiparamétrico	Biolight P22+BioVision+P1	SI									
	HW central de monitorización		SI									
	Licencia central monitorización		SI									
	Módulo electroencefalografía		SI									
	Módulo capnografía		SI									
	Módulo integración		SI									
							NO (*)	0,00	NO			0,00

(*) El licitador, no aporta manual, ficha técnica u otro documento oficial en el cual se pueda corroborar el cumplimiento del criterio.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)

LICITADOR	Bloqueo automático de la pantalla del monitor de cabecera y del monitor de transporte cuando detecte líquidos y ante manipulación inintencionada, con el objetivo de impedir modificaciones de la configuración clínica determinada, silenciando alarmas inadvertido, etc...	Integración automática de demográficos. Capacidad de proporcionar una interfaz centralizada de integración de demográficos con el sistema de gestión de admisiones del Hospital. Debe poder configurarse para que los datos de admisión se reciban en el puesto de control (central de monitorización) de la unidad de manera automática (sin intervención manual)			TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)		
		SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI = 8 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	SI = 6 PUNTOS NO = 0 PUNTOS
PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.	NO		0,00	SI	6,00		6,00

Leganés, a 05 de noviembre de 2024


JEFE DE MANTENIMIENTO
Iván Andrés Andrada


JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRÍA
Dr. Mª Lúz García