

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Nº EXPEDIENTE: A/SUM-038022/2024

DENOMINACIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA NEONATOLOGIA (2)

En función de las competencias atribuidas a las mesas de contratación, en virtud del art. 326.2 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la exclusión del procedimiento de los siguientes licitadores:

RELACIÓN DE EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO

Nº LOTE	DENOMINACIÓN LOTE	LICITADOR	MOTIVO DE EXCLUSIÓN
3	Equipo de Ventilación Convencional	NIHON KOHDEN IBERICA, S.L. B83544734	<ul style="list-style-type: none">• 3.13.1. Volumen tidal VT para pacientes pediátricos y neonatales de 2 a 300 ml o más. El licitador indica que cumple y hace referencia al Documento de OFERTA TÉCNICA, pág. 9. En dicho documento se contrasta que únicamente se cumple en algunas de las modalidades de ventilación (PRVC/VS), pero no en el resto.

LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
Firmado digitalmente por: GUTIERREZ VICENTE MATILDE
Fecha: 2024.11.29 15:39