

CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE VENTILACIÓN CONVENCIONAL NEONATAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO.

INFORME SOBRE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

1. Criterio precio: Ponderación hasta 70 PUNTOS, conforme a la siguiente fórmula:

$$P=70 \times ((A-B)/(A-C))^{(1/6)}$$

Siendo:

P= Puntuación otorgada al licitador.

A= Precio de licitación.

B= Oferta a valorar.

C= Oferta más baja.

	A: PRECIO LICITACIÓN	B: OFERTA A VALORAR	C: OFERTA MAS BAJA	PUNTUACIÓN MÁX	P: PUNTOS OBTENIDOS
DRÄGER HISPANIA,S.A.U.	47.190,00	38.972,43	38.115,00	70,00	68,85
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	47.190,00	38.115,00	38.115,00	70,00	70,00

2. Criterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automática: Ponderación máxima de 30 PUNTOS

En aplicación de las condiciones establecidas en el pliego, es necesario que las empresas concurrentes, obtengan una puntuación mínima de 15 puntos en los criterios objetivos evaluables de forma automática.

EMPRESAS CONCURRENTES:

1: DRAGER HISPANIA, S.L.

La oferta presentada por la empresa Dräger Hispania, cumple con las prescripciones técnicas establecidas en el PPT.

Se valorarán los siguientes criterios:

CRITERIOS	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
Trigger por presión manual programado por el operario. (5 puntos).	NO	0
Hasta cinco curvas simultáneas en tiempo real en pantalla. (5 puntos).	SI	5
Compatibilidad de todos los fungibles (incluido el sensor de flujo) con otros sistemas estándar del mercado. (5 puntos).	NO	0
Posibilidad de calibración del sensor de flujo con el equipo en funcionamiento y ventilando al paciente. Posibilidad de prescindir del sensor de flujo en boca de paciente.(5 puntos)	SI	5
Visualización de tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o PDF. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. (5 puntos)	SI	5
Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez. (5 puntos)	SI	5
TOTAL		20 PUNTOS

2: GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.,

La oferta presentada por la empresa Getinge Group Spain, cumple con las prescripciones técnicas establecidas en el PPT.

Se valorarán los siguientes criterios:

CRITERIOS	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
Trigger por presión manual programado por el operario. (5 puntos).	SI	5
Hasta cinco curvas simultáneas en tiempo real en pantalla. (5 puntos).	SI	5
Compatibilidad de todos los fungibles (incluido el sensor de flujo) con otros sistemas estándar del mercado. (5 puntos).	SI	5
Posibilidad de calibración del sensor de flujo con el equipo en funcionamiento y ventilando al paciente. Posibilidad de prescindir del sensor de flujo en boca de paciente.(5 puntos)	SI	5
Visualización de tiempo de utilización en horas. Esta información debe ser exportable también a Excel o PDF. Esto permitirá tomar decisiones de compra o mover equipos infrautilizados a ubicaciones donde se usen más. (5 puntos)	SI	5
Deberá informar cuál fue la última ubicación donde estuvo utilizándose cada dispositivo por última vez. (5 puntos)	SI	5
TOTAL		30 PUNTOS

3. Resumen de puntuación: Conclusiones

	1: PRECIO LICITACIÓN	2:CRITERIOS TÉCNICOS	PUNTOS TOTALES
DRÄGER HISPANIA,S.A.U.	68,85	20,00	88,85
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	70,00	30,00	100,00

Como conclusión, la oferta más valorada es la presentada por la empresa Getinge Group Spain, SLU.

Aranjuez, 20 de noviembre de 2024

Julio Ernesto Peralta Salas



Responsable del Servicio de Pediatría

Hospital Universitario del Tajo

