

EXPEDIENTE: 2024000066

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de PRÓTESIS DE PENE DE TRES COMPONENTES para el Servicio de UROLOGIA, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	282623	<p>PRÓTESIS PENE TRES COMPONENTES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos cilindros que se insertan en los cuerpos cavernosos que deben: <ul style="list-style-type: none"> 1. Estar impregnados de antibiótico o poseer un recubrimiento hidrofílico que permita la absorción de la solución antibiótica. 2. Tener diferentes tamaños y permitir la incorporación de extensores en la base para ajustar mejor la prótesis a cada paciente. - Un reservorio que debe: <ul style="list-style-type: none"> 1. Presentarse en diferentes volúmenes para adecuar el llenado a las necesidades de los cilindros colocados en cada paciente. 2. Poseer recubrimiento hidrofílico o antibiótico impregnado en su superficie. - Una bomba en localización escrotal que debe presentar recubrimiento hidrofílico o estar impregnada en antibiótico. - Un kit de accesorios sencillo de usar, que permita realizar modificaciones a la prótesis y que debe estar incluido en el precio, sin cargo alguno para el hospital. - Un retractor tipo Lone Star/Scott, que permita la implantación adecuada de la prótesis y que debe estar incluido en el precio, sin cargo alguno para el hospital.



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
2	2	318250	<p>PROTESIS PENEANA HIDRAULICA EN VARIAS MEDIDAS P/ DISFUNCION ERECTIL</p> <ul style="list-style-type: none">- Dos cilindros que se insertan en los cuerpos cavernosos que deben:<ol style="list-style-type: none">1. Estar impregnados de antibiótico o poseer un recubrimiento hidrofílico que permita la absorción de la solución antibiótica.2. Tener diferentes tamaños y permitir la incorporación de extensores en la base para ajustar mejor la prótesis a cada paciente.3. Punta distal del cilindro lo más anatómica posible a fin de que se adapte mejor a la anatomía del paciente y reduzca la complicación de "floppy glans" o efecto "concorde" en el glande.- Un reservorio que debe:<ol style="list-style-type: none">1. Presentarse en diferentes volúmenes para adecuar el llenado a las necesidades de los cilindros colocados en cada paciente.2. Tener válvula anti-retorno para evitar el autoinflado de la prótesis3. Poseer recubrimiento hidrofílico o antibiótico impregnado en su superficie.- Una bomba en localización escrotal que debe:<ol style="list-style-type: none">1. Ser fácilmente identificable con ausencia de elementos cuadrados o ángulos, a fin de que sea lo más estética y discreta posible, que se pueda adaptar y no sea visible incluso para escrotos muy pequeños.2. Presentar recubrimiento hidrofílico o estar impregnadas en antibiótico.- Un kit de accesorios sencillo de usar, que permita realizar modificaciones a la prótesis y que debe estar incluido en el precio, sin cargo alguno para el hospital. <p>Un retractor tipo Lone Star/Scott, que permita la implantación adecuada de la prótesis y que debe estar incluido en el precio, sin cargo alguno para el hospital.</p>



ANEXO:

1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo o declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
6. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
9. Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, cuando sea necesario, durante la ejecución del mismo.
10. Cada casa comercial adjudicataria de este Procedimiento deberá tener DEPOSITADO en el Hospital el sistema/montaje/kit, ... adjudicado por si se requiere su utilización por necesidades de urgencia.
11. Los proveedores adjudicatarios deberán constituir los depósitos que el Centro estime necesarios para la realización de su actividad quirúrgica. El depósito inicial se formalizará en un albarán de entrega en el que se dejara constancia de las referencias que lo integran y que contará con el visto bueno de quirófano y del proveedor. Obligatoriedad de revisar caducidades.
12. Si el sistema/montaje/kit, ...ofertado no es igual en cuanto a sus componentes, pero si es equivalente, deberán JUSTIFICARLO.
13. Cada adjudicatario pondrá a disposición del Hospital, sin cargo añadido y durante la vigencia del contrato, el instrumental necesario para la implantación de dicho material.
14. Deberán presentar documentación de evidencia científica alta, estudios (como informes de casos y series de casos), opinión de expertos.
15. Cada licitador presentará oferta de cada lote desglosada en sus distintos elementos de manera que puedan adquirirse individualmente.

Fdo. DR. FRANCISCO JAVIER BURGOS REVILLA
JEFE SERVICIO UROLOGÍA

Fdo. DR. E. ARACIL SANUS
SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA

P.A. 2024000066

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	282623	PROTESIS PENE TRES COMPONENTES	UNIDAD	30	5.263,00	157.890,00	10	15.789,00	173.679,00
2	2	318250	PROTESIS PENEANA HIDRAULICA EN VARIAS MEDIDAS P/DISFUNCION ERECTIL	UNIDAD	14	5.262,73	73.678,22	10	7.367,82	81.046,04
IMPORTE TOTAL:							231.568,22		23.156,82	254.725,04

* Cada licitador presentará oferta de cada lote desglosada en sus distintos elementos de manera que puedan adquirirse individualmente.

** La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote , ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.