

INFORME TÉCNICO

PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUNAS E INCUBADORAS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DEL EXPEDIENTE A/SUM-042932/2024

Tras la aplicación de las condiciones y criterios establecidos en los pliegos de la presente licitación, se resumen a continuación las puntuaciones obtenidas por los licitadores participantes en el proceso, detallándose pormenorizadamente el proceso de valoración y las puntuaciones otorgadas en las siguientes páginas de este informe.

LOTE 1: CUNAS TÉRMICAS DE CUIDADOS INTENSIVOS CON FOTOTERAPIA.

LICITADOR	IMPORTE (€)	PUNTUACIÓN OBTENIDA OFERTA ECONÓMICA
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	21.300,00 €	70,00
DRÄGER HISPANIA S.A.U	22.347,87 €	66,72

LOTE 2: CUNAS TÉRMICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL.

LICITADOR	IMPORTE (€)	PUNTUACIÓN OBTENIDA OFERTA ECONÓMICA
DRÄGER HISPANIA S.A.U	51.594,06 €	70,00

LOTE 3: INCUBADORAS CERRADAS.



LICITADOR	IMPORTE (€)	PUNTUACIÓN OBTENIDA OFERTA ECONÓMICA
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	86.000,00 €	70,00
DRÄGER HISPANIA S.A.U	105.096,96 €	57,28

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULA:

LOTE 1: CUNAS TÉRMICAS DE CUIDADOS INTENSIVOS CON FOTOTERAPIA.

LICITADOR	PUNTUACIÓN OBTENIDA CRITERIOS FÓRMULA
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	20
DRÄGER HISPANIA S.A.U	20

LOTE 2: CUNAS TÉRMICAS DE REANIMACIÓN NEONATAL.

LICITADOR	PUNTUACIÓN OBTENIDA CRITERIOS FÓRMULA
DRÄGER HISPANIA S.A.U	30

LOTE 3: INCUBADORAS CERRADAS.



LICITADOR	PUNTUACIÓN OBTENIDA CRITERIOS FÓRMULA
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	20
DRÄGER HISPANIA S.A.U	20

Revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se comprueba que los datos son acordes y suficientes con las prescripciones mínimas del pliego técnico, y que las empresas, presentan toda la documentación técnica para poder continuar en el procedimiento de contratación. A continuación, se adjunta informe con la valoración de los criterios mínimos exigidos en el Pliego Técnico:



En cuanto al Lote 1, se comprueba que en el criterio “Calentador en forma de disco con patrón de calentamiento en forma de reloj de arena para evitar el calentamiento de la cabeza del personal sanitario y calentar el 100% del colchón”, el licitador DRÄGER oferta dicha característica, otorgándose una puntuación de 7 puntos con respecto a la misma, no obstante, tras la correspondiente valoración técnica por el equipo técnico sanitario, se corrobora que no el calentador no se adapta al patrón de calentamiento en forma de reloj de arena Ficha Técnica Babyroo TN300, por lo tanto, este criterio tiene una puntuación de 0 puntos.

En cuanto al Lote 3, se comprueba que en el criterio “Posibilidad de transformación de incubadora estacionaria a incubadora de transporte intrahospitalario con una duración mínima de 45 minutos acoplado un sistema externo, con anclaje por la parte frontal y trasera, con rotación de 360º y una autonomía mínima de batería de 45 minutos”, el licitador DRÄGER oferta dicha característica, otorgándose una puntuación de 7 puntos con respecto a la misma, no obstante, tras la correspondiente valoración técnica por el equipo técnico sanitario, se corrobora que no incluye rotación colchón 360º Manual de usuario Babydock, por lo tanto, este criterio tiene una puntuación de 0 puntos.



Tras la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los criterios establecidos en los Pliegos, y descritas en los anteriores puntos, las proposiciones quedan clasificadas del siguiente modo:

LOT E	LICITADOR	IMPORTE (€)	PUNTUACI Ó OBTENIDA OFERTA ECONÓMI CA	PUNTUA CIÓN OBTENI DA CRITERI OS FÓRMUL A	TOT AL PUN TOS
1	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	21.300,00 €	70,00	20	90,00
1	DRÄGER HISPANIA S.A.U	22.347,87 €	66,72	13	79,82
2	DRÄGER HISPANIA S.A.U	51.594,06 €	70,00	30	100,00
3	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	86.000,00 €	70,00	20	90,00
3	DRÄGER HISPANIA S.A.U	105.096,96 €	57,28	20	77,28

Efectuada la valoración de las proposiciones presentadas por los licitadores para esta licitación, se informa que las proposiciones con mejor relación calidad-precio son las presentadas por los licitadores:

LOTE	LICITADOR	IMPORTE (€)	PUNTUACIÓ N OBTENIDA OFERTA ECONÓMICA	PUNTUACIÓ N OBTENIDA CRITERIOS FÓRMULA	TOTAL PUNTOS
1	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	21.300,00 €	70,00	20	90,00
2	DRÄGER HISPANIA S.A.U	51.594,06 €	70,00	30	100,00



3	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U	86.000,00 €	70,00	20	90,00
---	--	-------------	-------	----	-------

Jefe de Pediatría del Hospital Universitario del Sureste

Laura Alvarez-Cuervo Suarez

