

INFORME TECNICO DE CRITEIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS

A/SUM-038176/2024 “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON SUS DIFERENTES MÓDULOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSIATRIO DEL SURESTEADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS”

Revisado el Anexo III AUTOBAREMO VALORACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR APLICACON DE FORMULAS presentada por el licitados Philips Ibérica S.A. Unipersonal con CIF.: A28017143 y según registro de entrada 5/794690.9/24, presenta el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICA	PUNTOS	CUMPLE SI/NO	DOC Y PAGINA
Monitor de transporte que permita la rotación automática del contenido de la pantalla cuando el módulo rote 90º (posición vertical) y 180º (posición horizontal invertida) para facilitar su visualización en cualquier posición	10 PUNTOS	SI	TDS X3 Pág 3
Posibilidad de inclusión de doble saturación (SpO2) como parámetro en el propio monitor de transporte, sin requerir elementos ni piezas adicionales tales como estaciones de carga, dockings, extensiones o módulos de parámetros, permitiendo la medición en cabecera y durante el traslado.	10 PUNTOS	SI	TDS X3 Pág 2, Pág 24
Monitor de transporte, si dispone de asa integrada sin elementos externos con la posibilidad de seleccionar distintos colores en estas que faciliten la identificación de los dispositivos que pertenecen a cada una de las unidades	10 PUNTOS	SI	TDS X3 Pág 2

Se comprueba que la información aportada por el licitador de las características técnicas reflejadas en el Anexo III cumple con los criterios objetivos evaluables por aplicación de fórmulas en cumplimiento de lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente, y por tanto obtiene la **máxima puntuación de 30 PUNTOS**.

Fdo.: Laura Álvarez-Cuervo Suárez
Responsable en funciones Servicio Pediatría
Hospital Universitario del Sureste

