

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-117 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Galindo Izquierdo Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología.

Fecha: 22 de noviembre de 2024.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-117 para el "ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE REPRODUCCION HUMANA, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

SIN OFERTAS

Lote 3:

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **FISHER SCIENTIFIC S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

No oferta depósito de agua externo, y sensor que controle los niveles de O2, según se solicita en PPT.

Lote 4:

- La oferta presentada por **CONCILE DIAGNOSTICS S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **ORIGIO MEDICULT ESPAÑA S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

En su documentación no aporta sistema de descontaminación de alta velocidad, ni incluye las dimensiones del equipo, según se solicita en PPT.

Lote 5:

- La oferta presentada por **CONCILE DIAGNOSTICS S.L., ORIGIO MEDICULT ESPAÑA S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 6:

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L.**, cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	ESTUFA PARA TUBOS COLECTORES	DDBIOLAB S.L.	SI	20
2	INCUBADORA TRI-GAS PUERTA SUBDIVIDIDA	SIN OFERTAS		
3	INCUBADORA TRI-GAS PUERTA ÚNICA	DDBIOLAB S.L.	SI	10
		FISHER SCIENTIFIC S.L	NO	-
4	INCUBADORA TRI-GAS DE MESA	CONCILE DIAGNOSTICS S.L.	SI	20
		ORIGIO MEDICULT ESPAÑA S.L.	NO	-
5	MESA ANTIVIBRATORIA PARA MICROSCOPIO INVERTIDO	CONCILE DIAGNOSTICS S.L.,	SI	25
		ORIGIO MEDICULT ESPAÑA S.L.	SI	13,33
6	COMBINACIÓN DE FRIGORÍFICO Y CONGELADOR	DDBIOLAB S.L.	SI	10

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

GALINDO
IZQUIERDO
ALBERTO -

Firmado digitalmente
por GALINDO IZQUIERDO
ALBERTO -
Fecha: 2024.11.26
15:10:47 +01'00'

Fdo. Dr. Galindo Izquierdo
Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología

EXPEDIENTE: 2024-0-117		
ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE REPRODUCCION HUMANA, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>ESTUFA PARA TUBOS COLECTORES</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Puerto USB; LAN ... 10 PUNTOS. Precisión de ajuste de temperatura, menor al solicitado 0,5 °C. <ol style="list-style-type: none"> Si la precisión de ajuste de temperatura es igual a 0,5°C ... 0 PUNTOS Si la precisión de ajuste de temperatura es < a 0,5°C, se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (10 PUNTOS) a la empresa que ofrezca < valor de precisión ... HASTA 10 PUNTOS Pantalla de control táctil ... 10 PUNTOS 	<p>DDBIOLAB S.L..... TOTAL PUNTOS: 20</p> <p>1.- NO DISPONE 0 PUNTOS</p> <p>2.- Ajuste de temperatura de 0,1°C10 PUNTOS</p> <p>3.- SI DISPONE 10 PUNTOS</p>
2	<p>INCUBADORA TRI-GAS PUERTA SUBDIVIDIDA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Puerta de acceso externa con llave ... 10 PUNTOS Pantalla de control táctil ... 10 PUNTOS Ampliación años garantía > 2 años <ol style="list-style-type: none"> Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) ... 0 PUNTOS Si la garantía es > 2 años se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (10 PUNTOS), a la empresa que ofrezca mayor garantía ... HASTA 10 PUNTOS 	SIN OFERTAS

EXPEDIENTE: 2024-0-117		
ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE REPRODUCCION HUMANA, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	INCUBADORA TRI-GAS PUERTA UNICA	DDBIOLAB S.L.; TOTAL PUNTOS: 10
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Puerta de acceso externa con llave ... 10 PUNTOS 2. Pantalla de control táctil ... 10 PUNTOS 3. Ampliación años garantía > 2 años a. Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) ... 0 PUNTOS b. Si la garantía es > 2 años se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (10 PUNTOS), a la empresa que ofrezca mayor garantía ... HASTA 10 PUNTOS	1.- NO DISPONE 0 PUNTOS 2.- SI DISPONE 10 PUNTOS 3.- NO AMPLIA GARANTIA..... 0 PUNTOS
4	INCUBADORA TRI-GAS DE MESA	CONCILE DIAGNOSTICS S.L S.L..... TOTAL PUNTOS: 20
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Puerta de acceso externa con llave ... 10 PUNTOS 2. Pantalla de control táctil ... 10 PUNTOS 3. Ampliación años garantía > 2 años a. Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) ... 0 PUNTOS b. Si la garantía es > 2 años se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (10 PUNTOS), a la empresa que ofrezca mayor garantía ... HASTA 10 PUNTOS	1.- NO DISPONE 0 PUNTOS 2.- SI DISPONE 10 PUNTOS 3.- AMPLIACIÓN + 3 AÑOS 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-117		
ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD DE REPRODUCCION HUMANA, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
5	<p>MESA ANTIVIBRATORIA PARA MICROSCOPIO INVERTIDO</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Medidas fondo de mesa ... HASTA 10 PUNTOS <ol style="list-style-type: none"> Si el fondo de la mesa es 70 cm ... 0 PUNTOS Si el fondo de la mesa > de 71 hasta 80 cm ... 5 PUNTOS Si el fondo de la mesa es de 81 a 90 cm ... 10 PUNTOS Estante para accesorios incluido bajo la mesa ... 10 PUNTOS Ampliación años garantía > 2 años <ol style="list-style-type: none"> Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) ... 0 PUNTOS Si la garantía es > 2 años se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (10 PUNTOS), a la empresa que ofrezca mayor garantía ... HASTA 10 PUNTOS 	<p>CONCILE DIAGNOSTICS S.L.;..... TOTAL PUNTOS: 25</p> <p>1.- 80 cm de fondo de mesa 5 PUNTOS</p> <p>2.- SI DISPONE 10 PUNTOS</p> <p>3.- AMPLIACIÓN + 3 AÑOS 10 PUNTOS</p> <p>ORIGIO MEDICULT ESPAÑA S.L..... TOTAL PUNTOS: 13,33</p> <p>1.- 70 cm de fondo de mesa 0 PUNTOS</p> <p>2.- SI DISPONE10 PUNTOS</p> <p>3.- AMPLIACIÓN + 1 AÑO3,33 PUNTOS</p>
6	<p>COMBINACIÓN DE FRIGORÍFICO Y CONGELADOR</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Si tiene Ruedas de movimiento ... 10 PUNTOS Si tiene Cerradura integrada, ya sea con llave o código digital o táctil, o equivalente ... 10 PUNTOS Ampliación años garantía > 2 años <ol style="list-style-type: none"> Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) ... 0 PUNTOS Si la garantía es > 2 años se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación (10 PUNTOS), a la empresa que ofrezca mayor garantía ... HASTA 10 PUNTOS 	<p>DDBIOLAB S.L.; TOTAL PUNTOS: 10</p> <p>1.- NO DISPONE 0 PUNTOS</p> <p>2.- DISPONE DE LLAVE..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- NO AMPLIA GARANTIA 0 PUNTOS</p>