

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-113 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dra. Fernández Vázquez. Jefe de Servicio de Aparato Digestivo.
Dr. Díaz Tasende. Jefe de Sección de Aparato Digestivo.

Fecha: 25 de noviembre de 2024.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-113 para el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ENTEROSCOPIO DE BALON Y SU PROCESADOR AUXILIAR PARA EL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE” por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- Las ofertas presentadas por **FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA S.L. y OLYMPUS IBERIA S.A.U., cumplen** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMA DE ENTEROSCOPIO DE BALON DE ALTA DEFINICION Y SU PROCESADOR AUXILIAR	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.	SI	30
		OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	SI	0

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.


FIRMADO

Firmado por DIAZ
TASENDE JOSE BENJAMIN
- ***6380** el día
25/11/2024 con un

Dr. Díaz Tasende

Jefe de Sección de Aparato Digestivo

FERNANDEZ
VAZQUEZ
INMACULADA -



Firmado digitalmente por
FERNANDEZ VAZQUEZ
INMACULADA -
Fecha: 2024.11.2
+01'00'

Dra. Fernández Vázquez

Jefe de Servicio de Aparato Digestivo

EXPEDIENTE: 2024-0-113

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ENTEROSCOPIO DE BALON Y SU PROCESADOR AUXILIAR PARA EL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>SISTEMA DE ENTEROSCOPIO DE BALON DE ALTA DEFINICION Y SU PROCESADOR AUXILIAR</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Si dispone de mecanismo de tracción de balón doble ... 20 PUNTOS</p> <p>2. Si dispone de canal auxiliar de agua 10 PUNTOS</p>	<p>FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- SI DISPONE 20 PUNTOS</p> <p>2.- SI DISPONE 10 PUNTOS</p> <p>OLYMPUS IBERIA, S.A.U. TOTAL PUNTOS: 0</p> <p>1.- NO DISPONE 0 PUNTOS</p> <p>2.- NO DISPONE 0 PUNTOS</p>