

ORDEN DE INICIO

Exp.: A/SUM-041022/2024

D. ANTONIO ROMERO PLASENCIA, DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de Delegación de Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director Gerente del SUMMA112.(B.O.C.M. nº 222 de fecha 17-09-2021).

CONSIDERANDO:

El Informe de la necesidad para la adquisición de “UNA MESA DE ANESTESIA CON MONITOR HEMODINÁMICO DE CABECERA” emitido por la Dirección de Gestión con fecha 10 de octubre de 2024.

ORDENA:

EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de acuerdo a las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:

“UNA MESA DE ANESTESIA CON MONITOR HEMODINÁMICO DE CABECERA”
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 99 de la LCSP.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

Se estima la forma de tramitación adecuada para este contrato según el artículo 131.2 y la utilización del procedimiento según el artículo 159.6 de la LCSP así como lo estipulado en la circular de la de la Consejería de Hacienda y Función Pública de fecha 17 de enero de 2020 por la que se establecen criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid en su punto tercero “Procedimiento abierto simplificado abreviado”.

Tramitación: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado abreviado. Pluralidad de criterios.

CLASIFICACIÓN QUE SE EXIJE A LOS PARTICIPANTES:

No se exige clasificación empresarial.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8.1 Criterios relacionados con los costes:

Ponderación

Oferta económica..... hasta 70 puntos.

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$PE = 70 * ((A - B) / (A - C))^{(1/6)}$$

siendo:

PE= Puntuación Económica

A= Precio de licitación

B= Oferta a valorar

C= Oferta más baja

8.2 Criterios cualitativos:

8.2.1. Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas Hasta 30 puntos.

Lote único:

El tamaño de la pantalla del monitor de ventilación es de al menos 18" en diagonal0 ó 2,5 puntos
 Si 2,5 puntos.
 No0 puntos.

El sistema de propulsión de gases es por inyección0 ó 5 puntos.
 Si 5 puntos.
 No.....0 puntos.

La batería del respirador de anestesia dispone de autonomía de al menos 90 minutos sin incorporar elementos externos0 ó 2,5 puntos.
 Si2,5 puntos.
 No.....0 puntos.

Dispone de capacidad de incorporar módulo de índice de nocicepción y analgesia en el equipo de trabajo..... 0 ó 5 puntos
 Si 5 puntos.
 No.....0 puntos.

Dispone de capacidad de integrar la monitorización de profundidad anestésica o relajación neuromuscular en la pantalla de ventilación..... 0 ó 5 puntos.
 Si 5 puntos.
 No.....0 puntos.

Dispone de sistema de gafas de alto flujo con mezclador de oxígeno+aire..... 0 ó 5 puntos.
 Si 5 puntos.
 No.....0 puntos.

Dispone de capacidad de Volumen tidal desde 10 ml hasta 2000 ml en modo VCV y desde 5 a 2.000 ml modo PCV-VG..... 0 ó 5 puntos.
 Si 5 puntos.
 No.....0 puntos.

8.2.2. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: No procede.

TOTAL.....100 PUNTOS.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo señalado en el artículo 202 de la LCSP, de carácter social, haciendo efectivo los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y características medioambientales, se establecen las siguientes condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato:

El licitador/es propuesto para la adjudicación del contrato deberá acreditar el cumplimiento de alguna de las tres condiciones siguientes:

- Deberá acreditar mediante declaración responsable que la empresa cuenta con una plantilla con un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad.
- Deberá acreditar mediante declaración responsable que la empresa tiene adoptadas medidas para la promoción de reciclado de residuos de productos y el uso de envases reutilizables.
- Deberá acreditar mediante declaración responsable que en la fabricación de los productos objeto del contrato, no se hayan añadido sustancias tóxicas para la salud o el medio ambiente.

Dichas condiciones se consideran de obligación contractual esencial.

No procederá la adjudicación al licitador que no cumpla con al menos, uno de los tres requisitos expuestos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Conforme al artículo 102.3 de la LCSP, mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general del mercado.

Base imponible	38.568,15 euros
Importe del I.V.A.	8.099,31 euros
Importe total	46.667,46 euros

Valor estimado del contrato: 38.568,15 euros.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

A tenor de lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, se establece en 45 días. El cómputo del plazo para la ejecución del contrato se iniciará a partir de la fecha indicada en el contrato.

NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN:

Se hace necesario el cambio de una mesa de anestesia de primera dotación (2008) por tratarse de un equipo obsoleto. Adicionalmente, su utilización en pandemia como respirador produjo un desgaste enorme de este tipo de equipos. Se trata de un equipo estratégico para el hospital.

CONTRATO DE SERVICIOS: NO PROCEDE

(informe de insuficiencia de medios)

DIVISIÓN EN LOTES:

División en lotes: NO – lote único

Justificación de la no división en lotes: En el presente procedimiento se licita únicamente un equipo por lo que se imposibilita la división en lotes del mismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 99.3 de la LCSP.

Lote nº	Denominación	Código CPV
Único	Una Mesa de anestesia con monitor hemodinámico de cabecera	33100000-1

San Sebastián de los Reyes,
EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: ROMERO PLASENCIA ANTONIO ***0410**
Fecha: 04.10.2024 19:03

Fdo.: Antonio Romero Plasencia