

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PA SUM 24-053 “SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE TEJIDO NO TEJIDO, PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y CABEZALES DE RASURADORAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA”.**

**Dudas planteadas por la casa comercial AMEVISA:**

*Buenos días.*

*Tenemos las siguientes dudas respecto a esta licitación. Son las siguientes:*

- *Lote 4.4. cód. 122528: nuestra funda tiene 100 cm de elástico estirado, y de profundidad oficialmente son 50 cm (desde el elástico a la punta inferior, pero si estiras, salen 55 cm, lo acabo de medir. Dais un margen de  $\pm 2$  cm. ¿Nos excluirían?*

**Contestación:**

En principio no se excluirían por las medidas. Si su producto oficialmente mide 100 x 50 cm estaría dentro de las medidas solicitadas. La elasticidad de las gomas es muy difícil medirla porque depende de cómo esté cosida, etc. Todas las muestras presentadas se probarán y se valorará la que mejor se adapte al equipo y cumpla con los requisitos solicitados en el PPT.

- *Lote 6.6. cód. 106255: nuestra funda es de 15 x 250 cm, pero en la longitud no das margen, pides 240 cm, la misma pregunta, estaríamos excluidos? En general cuanto más larga sea más cable puede cubrir.*

**Contestación:**

Se deberán ajustar todo lo posible a las medidas solicitadas en el PPT.

- *Lote 8.8. cód. 118680: esta funda es sin gel, correcto? Nosotros tenemos dos presentaciones, sólo la funda, y el set completo con gel, elástico y tiras adhesivas. ¿Ofrecemos el set completo? O quieren de las que no necesitan gel y se pegan a la membrana del transductor. Otra pregunta, el polietileno no es muy flexible, con lo que a la hora de adaptarse a varios transductores lo veo complicado...*

**Contestación:**

En este lote, no se solicita que la funda lleve gel, porque más adelante, hay un lote de funda de ecógrafo que sí solicita que lleve gel.

En relación a la flexibilidad del polietileno, son Uds. quienes valoran el presentarse con el producto o no. Se tienen que ajustar a lo que se solicita en el PPT.

- *Lote 9.9. cód. 901385: este producto ya nos lo compráis, y aunque en la descripción ponéis 19 x 25 cm, os estamos sirviendo 25 x 40 cm, de hecho, en un pedido os servimos la de 19 x 25 cm y en esterilización se quejaron de que eran más pequeñas y tenían que meter 2.*

**Contestación:**

La medida que se solicita en el PPT es de 19 x 25 cm. Y esa medida es la que habrá de presentarse.

- Lote 11.11. cód. 900005: el precio de 1.74 es la toallita o de la caja de 100?

**Contestación:**

El precio de 1.74 corresponde a la caja.

- Lote 16.16. cód. 120184: piden medida de 13 x 120 con  $\pm 2$  cm de longitud. Yo tengo stock y vendo mucho de la de 15 x 122 cm, pero el margen de medida no es en el ancho ¿estaríamos excluidos, correcto? Lo pregunto por el tema de muestras, de tenerlas a tiempo.

**Contestación:**

Se deberán ajustar todo lo posible a las medidas solicitadas en el PPT.

Informe realizado por: M<sup>a</sup> Ángeles Antúnez

Firmado  
digitalmente por  
G MARÍA  
DE LOS  
ANGELES  
ANTUNEZ  
Fecha: 2024.12.02  
09:38:43 +01'00'