



Hospital Central de la Cruz Roja  
San José y Santa Adela  
SaludMadrid



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS

LICITADOR: VSY OPHTHALMOLOGY SPAIN, S.L				
CUMPLE SI ( )		MUESTRAS SI ( X )		
NO ( X )		NO ( )		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO: AL TRATARSE DE PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIO EN CAMARAS ESTRECHAS, CON LAS MUESTRAS ENVIADAS SE HA CONSTATADO QUE NO ES EFECTIVO (SE SALE DEL OJO FACILMENTE Y AL INSISTIR PRODUCE BURBUJAS QUE DIFICULTAN EL PROCEDIMIENTO)				
Lote 1. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA PARA FACOEMULSIFICACIÓN EN CÁMARA ESTRECHA		Baremación hasta 30 puntos		Valoración
Volumen	Mayor o igual a 1.1 ml	10 puntos		
	Entre 0,8 y 1 ml	5 puntos		
	Menor a 0,8 ml	0 puntos		
Viscosidad en reposo	Mayor o igual a 400.000 mPas	10 puntos		
	Menor a 400.000 mPas	0 puntos		
Osmolaridad	300-350 mOsm/kg	10 puntos		
	Entre 280 a 299 mOsm/kg	5 puntos		
	Menor de 300 o mayor a 350 mOsm/Kg	0 puntos		

Madrid, a 2 de enero de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS

LICITADOR: EQUIPAMIENTOS SANITARIOS, S.A		
CUMPLE SI ( ) NO ( X )		
MUESTRAS SI ( X ) NO ( )		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO: AL TRATARSE DE PRODUCTO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIO EN CÁMARAS ESTRECHAS, CON LAS MUESTRAS ENVIADAS SE HA CONSTATADO QUE NO ES EFECTIVO (SE SALE DEL OJO FACILMENTE Y AL INSISTIR PRODUCE BURBUJAS QUE DIFICULTAN EL PROCEDIMIENTO)		
Lote 1. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA PARA FACOEMULSIFICACIÓN EN CÁMARA ESTRECHA	Baremación hasta 30 puntos	Valoración
Volumen	Mayor o igual a 1.1 ml	10 puntos
	Entre 0,8 y 1 ml	5 puntos
	Menor a 0,8 ml	0 puntos
Viscosidad en reposo	Mayor o igual a 400.000 mPas	10 puntos
	Menor a 400.000 mPas	0 puntos
	300-350 mOsm/Kg	10 puntos
Osmolaridad	Entre 280 a 299 mOsm/Kg	5 puntos
	Menor de 300 o mayor a 350 mOsm/Kg	0 puntos

Madrid, a 2 de enero de 2025



Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS

LICITADOR: MEDICONTUR AVI S.L.				
CUMPLE SI ( X )		MUESTRAS SI ( X )		
NO ( )		NO ( )		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:				
Lote 1. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA PARA FACOEMLISIFICACIÓN EN CÁMARA ESTRECHA		Baremación hasta 30 puntos		Valoración
Volumen	Mayor o igual a 1.1 ml	10 puntos	10	
	Entre 0,8 y 1 ml	5 puntos		
	Menor a 0,8 ml	0 puntos		
Viscosidad en reposo	Mayor o igual a 400.000 mPas	10 puntos	10	
	Menor a 400.000 mPas	0 puntos		
Osmolaridad	300-350 mOsm/Kg	10 puntos	10	
	Entre 280 a 299 mOsm/Kg	5 puntos		
	Menor de 300 o mayor a 350 mOsm/Kg	0 puntos		

Madrid, a 2 de enero de 2025




Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS

LICITADOR: AMEvisa, S.A			
CUMPLE SI ( ) NO (X)		MUESTRAS SI (X) NO ( )	
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO: EL PESO MOLECULAR TIENE UN RANGO EXCESIVO, LO QUE PODRÍA OCASIONAR COMPORTAMIENTOS INDESEADOS DURANTE LA CIRUGÍA. DE LA MISMA MANERA LA VISCOSIDAD EN REPOSO Y LA OSMOLARIDAD TIENEN UN RANGO EXCESIVO (EL LÍMITE INFERIOR ADEMAS OBTENDRÍA UNA VALORACIÓN DE 0 PUNTOS).			
Lote 1. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA PARA FACOEMULSIFICACIÓN EN CÁMARA ESTRECHA	Baremación hasta 30 puntos		Valoración
Volumen	Mayor o igual a 1.1 ml	10 puntos	
	Entre 0,8 y 1 ml	5 puntos	
	Menor a 0,8 ml	0 puntos	
Viscosidad en reposo	Mayor o igual a 400.000 mPas	10 puntos	
	Menor a 400.000 mPas	0 puntos	
	300-350 mOsm/Kg	10 puntos	
Osmolaridad	Entre 280 a 299 mOsm/Kg	5 puntos	
	Menor de 300 o mayor a 350 mOsm/Kg	0 puntos	

Madrid, a 2 de enero de 2025



Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología

**CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS**

<b>LICITADOR: OPTIMUM VISION CARE S.A</b>		
<div><div>CUMPLE SI ( )</div><div>NO ( X )</div><div>MUESTRAS SI ( X )</div><div>NO ( )</div></div>		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO: EL PESO MOLECULAR TIENE UN RANGO EXCESIVO, LO QUE PODRÍA OCASIONAR COMPORTAMIENTOS INDESEADOS DURANTE LA CIRUGÍA. DE LA MISMA MANERA LA VISCOSIDAD EN REPOSO Y LA OSMOLARIDAD TIENEN UN RANGO EXCESIVO (EL LÍMITE INFERIOR ADEMAS OBTENDRÍA UNA VALORACIÓN DE 0 PUNTOS).		
<b>Lote 1. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA PARA FACOEMULSIFICACIÓN EN CÁMARA ESTRECHA</b>	<b>Baremación hasta 30 puntos</b>	<b>Valoración</b>
Volumen	Mayor o igual a 1.1 ml	10 puntos
	Entre 0,8 y 1 ml	5 puntos
	Menor a 0,8 ml	0 puntos
Viscosidad en reposo	Mayor o igual a 400.000 mPas	10 puntos
	Menor a 400.000 mPas	0 puntos
Osmolaridad	300-350 mOsm/Kg	10 puntos
	Entre 280 a 299 mOsm/Kg	5 puntos
	Menor de 300 o mayor a 350 mOsm/Kg	0 puntos

Madrid, a 2 de enero de 2025



Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología

**CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS**

<b>LICITADOR: TOPCON EUROPA MEDICAL, B.V</b>			
CUMPLE SI ( X ) NO ( )		MUESTRAS SI ( X ) NO ( )	
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:			
<b>Lote 2. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA AC. HIALURÓNICO PARA IMPLANTAR LA LENTE</b>		<b>Baremación hasta 30 puntos</b>	<b>Valoración</b>
Evidencia científica del artículo demostrable con al menos 2 artículos científicos indexados		3 ó más artículos	20 puntos
		2 artículos	10 puntos
		Menos de 2 artículos	0 puntos
Conservación entre 2º y 8º		Cumple	10 puntos
		No cumple	0 puntos

Madrid, a 2 de enero de 2025



Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología



Hospital Central de la Cruz Roja  
San José y Santa Adela



Comunidad de Madrid

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS

LICITADOR: BAUSCH & LOMB S.A			
CUMPLE SI ( X ) NO ( )		MUESTRAS SI ( X ) NO ( )	
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:			
Lote 3. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA AC. HIALURÓNICO ESTÁNDAR		Baremación hasta 30 puntos	Valoración
Peso molecular	Igual o inferior a 3.000.000 Daltons	10 puntos	10
	Superior a 3.000.000 Daltons	0 puntos	
Pseudoplasticidad	Igual a 410 V0/V1000	10 puntos	10
	Distinto a 410 V0/V1000	0 puntos	
Índice de cohesión-dispersión	Igual a 21.4	10 puntos	10
	Distinto a 21.4	0 puntos	


Madrid, a 2 de enero de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología

**CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS**

<b>LICITADOR: ALCON HEALTHCARE, S.A</b>			
CUMPLE SI ( X ) NO ( )		MUESTRAS SI ( X ) NO ( )	
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:			
<b>Lote 4. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA PARA PROTECCIÓN ENDOTELIAL</b>		<b>Baremación hasta 30 puntos</b>	<b>Valoración</b>
Hialuronato sódico al 3% mas condroin sulfato al 4%	Cumple	15 puntos	15
	No cumple	0 puntos	
Jeringa ergonómica estéril con cánula de 27 G con sistema Luer-lock	Cumple	15 puntos	15
	No cumple	0 puntos	

Madrid, a 2 de enero de 2025



Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología





Hospital Central de la Cruz Roja  
San José y Santa Adela



CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 20/2024 SUMINISTRO DE SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS

LICITADOR: MEDICONTUR AVI, S.L				
CUMPLE SI ( X ) NO ( )		MUESTRAS SI ( X ) NO ( )		
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:				
Lote 5. SOLUCIÓN VISCOELÁSTICA PARA PROTECCIÓN EPITELIAL		Baremación hasta 30 puntos		Valoración
Viscosidad corte cero		Mayor o igual a 5.000 mPas	15 puntos	15
		Menor a 5.000 mPas	0 puntos	
Osmolaridad		265-300 mOsm/l	15 puntos	15
		Entre 250 y 264 mOsm/l	5 puntos	
		Menor de 250 mOsm/l	0 puntos	

Madrid, a 2 de enero de 2025

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martín  
Jefe de Servicio de Oftalmología