

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-83 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. D. Alfredo Fernando García Fernández, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología.

Fecha: a 16 de diciembre del 2024.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-83 para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS PARA LA CONSULTA DE ORL INFANTIL DEL NUEVO BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TÉCNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por AMPLIFON IBERICA, S.A., **no cumple** con las especificaciones del pliego por: **Monitor:** en F. Técnica no especifica nada de entrada BNC y salida en bucle BNC, para poder conectar otros equipos como se exigen en el PPT. **Cámara y Procesado de Cámara:** No especifica en Ficha Técnica salida de video SDI/USB como se exige en el PPT. En ficha Técnica no especifica nada de escáner progresivo y sumergible y esterilizable solo por gas, no por gas y plasma como se solicita en el PPT. **Nasolaringoscopio:** Angulo abertura de 85° y no 100° como se solicita en el PPT.

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A., **no cumple** con las especificaciones del pliego por: **Monitor:** en F. Técnica no especifica nada de entrada BNC y salida en bucle BNC, para poder conectar otros equipos como se solicita en el PPT. **Fuente de luz:** En Ficha Técnica intensidad de la luz es 110V y no una fuente de luz equivalente al menos a la de una fuente xenón de 180w como se solicita en el PPT. **Fibrolaringoscopio:** Angulo abertura de 85° y no 100° como se solicita en el PPT. **Carro/Torre:** En ficha Técnica no especifica toma de enchufes en la propia torre como se solicita en el PPT

SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A., **no cumple** con las especificaciones del pliego por: **Fibrolaringoscopio:** Diámetro exterior de 3,6 mm y se solicita en el PPT de 2.1 a 3 mm.

TGH ENDOSCOPIA S.L, **cumple** con las especificaciones del pliego

WIDEX AUDIFONOS, S.A. **no cumple** con las especificaciones del pliego por: **Monitor y Carro:** La Información técnica está en inglés. **Cámara y Procesado de Cámara:** En ficha Técnica no especifica esterilizables por gas y plasma. **Fuente de luz:** en F. técnica no hace alusión a las características de Sistema compacto acoplable a torres de endoscopia y transportable, ni a intensidad de luz equivalente al menos a la de una fuente xenón de 180w, como se solicita en el PPT. **Fibrolaringoscopia:** En F. técnica no figura dirección visual 0°, ni acodamiento arriba/abajo 130°/130° como se solicita en el PPT. Además La resolución es de HD 1200x1400 pixel y el monitor es de HD 1920x1080 pixel, por lo que no permite el aprovechamiento del monitor.

Lote 2:

AMPLIFON IBERICA, S.A. **no cumple** con las especificaciones del pliego, presenta un sistema óptico acromático y se solicita en el PPT sistema óptico apocromático manual.

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. **cumple** con las especificaciones del pliego.

LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U. **no cumple** con las especificaciones del pliego. No dispone de empuñadura en T, como se solicita en el PPT

WIDEX AUDIFONOS, S.A. **no cumple** con las especificaciones del pliego por: En la F. Técnica no indica que disponga de estativo de suelo con sistema rotante con giro de 360°, tampoco indica si dispone de acoplador de 120° para una correcta maniobrabilidad y extensión del brazo suspendido, como se solicita en el PPT

Lote 3:

- La oferta presentada por OPTOMIC ESPAÑA, S.A, **cumple** con las especificaciones del pliego

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	TORRE DE ALTA DEFINICION	AMPLIFON IBERICA, S.A.	NO	
		KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	NO	
		SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.	NO	
		TGH ENDOSCOPIA S.L	SI	30
		WIDEX AUDIFONOS, S.A.	NO	
2	MICROSCOPIOS CON Y SIN CAMARA	AMPLIFON IBERICA, S.A.	NO	
		CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U.	SI	30
		LEICA MICROSISTEMAS, .S.L.U	NO	
		WIDEX AUDIFONOS, S.A.	NO	
3	SILLON CLINICO PARA CONSULTA	OPTOMIC ESPAÑA, S.A	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

Firmado por GARCIA FERNANDEZ ALFREDO FERNANDO -
DNI [REDACTED] el día 16/12/2024 con un
certificado emitido por AC Sector Público

Fdo.: Dr. D. Alfredo Fernando García Fernández
Jefe de Servicio de Otorrinolaringología

EXPEDIENTE: 2024-0-83		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
EQUIPOS ELECTROMEDICOS PARA LA CONSULTA DE ORL INFANTIL DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN			
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
	TORRE DE ALTA DEFINICION	TGH ENDOSCOPIA S.L TOTAL PUNTOS: 30	
1 (Orden 1)	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Disponer de un monitor de un tamaño mayor de 22” a. Si el monitor es igual a 22” 0 PUNTOS b. Si el monitor es mayor a 22” 10 PUNTOS (valoración proporcional) 2. Disponer de al menos 1 Videoendoscopio en lugar de Fibrolaringoscópio ... 20 PUNTOS	1.- TAMAÑO DE 24” 10 PUNTOS 2.- SI DISPONE 20 PUNTOS	
	MICROSCOPIOS: Ordenes 2 y 3 MICROSCOPIOS CON Y SIN CAMARA	CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.U. TOTAL PUNTOS: 30	
2 (Orden 2 y 3)	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Disponer de la posibilidad de instalación en pared ... 15 PUNTOS 2. Disponer de mayor número de pasos de cambiador de aumentos de los 4 solicitados en el PPT para el orden 2 (microscopio con cámara grabadora) HASTA 15 PUNTOS a. Si el número de pasos es igual a 4 0 PUNTOS b. Si el número de pasos es mayor a 4 15 PUNTOS (valoración proporcional)	1.- SI DISPONE 15 PUNTOS 2.- DISPONE DE 5 PASOS 15 PUNTOS	

EXPEDIENTE: 2024-0-83		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
EQUIPOS ELECTROMEDICOS PARA LA CONSULTA DE ORL INFANTIL DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN			
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
3 (Orden 4)	SILLÓN CLÍNICO PARA CONSULTA	OPTOMIC ESPAÑA, S.A TOTAL PUNTOS: 30	
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- DIPONE DE 6 POSICIONES 10 PUNTOS	
	1. Mayor número de posiciones memorizables de las 4 solicitadas en el PPT HASTA 10 PUNTOS a. Si el número de posiciones es igual a 4 0 PUNTOS b. Si el número de posiciones es mayor de 4 10 PUNTOS (valoración proporcional) 2. Disponer de silla accesoría para exploración ... 20 PUNTOS	2.- SI DISPONE 20 PUNTOS	