

INFORME DE CRITERIOS CUALITATIVOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS. LOTE 1: LINDE

1.2. Cesión en depósito, por parte de la Empresa a la unidad prescriptora, de la totalidad de los Equipos siguientes:

1.2.1.1 Equipos de Auto CPAP con pulsioxímetro incorporado, para monitorización en domicilio o en el mismo Hospital, cuando la Unidad prescriptora (Servicio Hospitalario) lo requiera, hasta un máximo de tres. (Hasta 1,8 puntos)

La empresa Linde cumple con los requisitos del pliego, ya que cede 3 Auto CPAP con pulsioxímetro incorporado a cada hospital independientemente del nivel de complejidad, lo que supone un total de 21 dispositivos.

Oferta dos modelos distintos, lo que permite a cada centro seleccionar el equipo que mejor se adapte a sus necesidades. Ambos cumplen los requisitos técnicos exigidos, así como la directiva 93/42/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de inmediata transposición a la legislación española y en vigor a partir del 1 de enero de 1995, así como todos los requisitos establecidos en el RD 1591/2009 y en la normativa IEC-601-1 (normativa internacional de seguridad para aparatos eléctricos de uso médico).

Puntuación otorgada: 1,8 puntos.

1.2.1.2 Ventiladores de alta gama para uso Hospitalario, que faciliten la adaptación inicial de pacientes que comienzan la Terapia durante una agudización. Hasta un máximo de cuatro para cada Hospital de nivel 1, tres para cada Hospital de nivel 2 y uno para cada Hospital de nivel 3. (Hasta 1,8 puntos)

Linde cumple con lo requerido en el pliego, al ceder el número necesario de ventiladores de alta gama según el nivel asistencial de cada hospital. Se ofertan hasta cuatro modelos distintos, todos ellos con capacidad para proporcionar los diferentes modos de ventilación requeridos.

Todos los equipos cumplen con los requisitos técnicos establecidos, así como con la Directiva 93/42/CEE, el RD 1591/2009 y la normativa IEC-601-1.

Puntuación otorgada: 1,8 puntos.

1.2.1.3 Asistentes de la tos que faciliten la adaptación inicial de pacientes que comienzan la terapia. Hasta un máximo de dos para cada Hospital de nivel 1 y uno para cada uno del resto de Hospitales. (Hasta 1,8 puntos)

La empresa cumple con el número de asistentes de la tos exigido en el pliego, ofertando dos modelos, aptos tanto para uso domiciliario como hospitalario. Ambos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

Puntuación otorgada: 1,8 puntos.

1.2.1.4 Capnógrafo. Hasta un máximo de tres para cada Hospital de nivel 1, dos para cada Hospital de nivel 2 y uno para cada Hospital de nivel 3. (Hasta 1,8 puntos)

Linde aporta el número de capnógrafos requerido según el nivel de complejidad hospitalario. Ofrece dos modelos distintos, ambos adecuados para cubrir las necesidades clínicas y que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas.

Puntuación otorgada: 1,8 puntos.

1.2.1.5 Equipo de alto flujo. Hasta un máximo de tres para cada Hospital de nivel 1, dos para cada Hospital de nivel 2 y uno para cada Hospital de nivel 3. (Hasta 1,8 puntos)

La empresa cumple con el número de equipos de alto flujo exigido en función del nivel de complejidad hospitalario. Ofrece un modelo que se ajusta a los requisitos técnicos establecidos en el pliego.

Puntuación otorgada: 1,8 puntos.

Puntuación total: 9

Madrid a 13 de julio de 2025

Fdo: M^a Belén López-Muñiz Ballesteros