

CONSULTA Nº1

ASUNTO: Aclaración Pliego EXPTE: PA 2024-0-394

Datos de la persona o entidad representante

Tipo de identificación	Identificación	Razón social/Entidad
NIF	[REDACTED]	Ecolab Hispano Portuguesa S.L.

Solicita

Estimados/as,

En relación con el pliego del procedimiento de licitación PA 2024-0-394 DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS, hemos detectado un posible error ya que en el lote 2, se exige formato airless, pero en los criterios de adjudicación se valora en el lote 3 "Envase con sistema de dosificación con válvula incorporada, tipo AIRLESS invertido (30 puntos)". Creemos que están invertidos. Adjuntamos captura de la página 13 del PPT donde creemos que está el error:

¿Podrían aclarar esta discrepancia y confirmar los criterios correctos para el lote 2 y 3?

Quedamos atentos a su respuesta.

Aclaración

No se se exige formato airless en las especificaciones técnicas de los lotes 2 ni 3. En los criterios evaluables del lote 3 sí se valora que el envase del producto tenga un sistema de dosificación con válvula incorporada, tipo AIRLESS Invertido. Se confirman los criterios publicados.

En Madrid a la fecha de la firma,

Fdo.:

FUENTES RODRIGUEZ
CARMEN YOLANDA -

Firmado digitalmente por
FUENTES RODRIGUEZ CARMEN
YOLANDA - [REDACTED]
Fecha: 2024.12.27 11:47:47 +01'00'

Jefe del Servicio de Medicina Preventiva