

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PERSENTADAS AL CONCURSO DE LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL SUMINISTRO DE CONBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES. EXPEDIENTE: HUH PA 2025/01

Objeto

Se realiza el presente informe para evaluar técnicamente las ofertas presentadas en el concurso de Contratación para el **SUMINISTRO DE CONBERTURA QUIRÚRGICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES** mediante procedimiento abierto por pluralidad de criterios.

De acuerdo con el Pliego de Bases del concurso se han ofertado 21 lotes con los siguientes detalles:

Lote	DESCRIPCIÓN
1.1	EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ARTROSCOPIA
2.2	EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO UROLOGÍA
3.3	EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO OFTALMOLOGÍA
4.4	EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ESTANDAR UNIVERSAL
5.5	EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO CESÁREA
6.6	EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ABDOMINO-PERINEAL
7.7	EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ARTROSCOPIA HOMBRO
8.8	SET UROGINECOLOGÍA
9.9	EQUIPO ROPA CIRUGÍA DE RODILLA
10.10	EQUIPO ROPA CIRUGÍA ORTOPÉDICA
11.11	EQUIPO ROPA LEGRADOS
12.12	EQUIPO ROPA CIRUGÍA EXTREMIDADES
13.13	FUNDA MESA MAYO 80X145CM
14.14	SÁBANA IMPERMEABLE 2 CAPAS 150X175CM
15.15	SÁBANA IMPERMEABLE 3 CAPAS ABERTURA EN "U" 150/155X180/185 CM
16.16	PAÑO DESECHABLE FENESTRADO ADHESIVO 75X75CM
17.17	PAÑO QUIRURGICO DESECHABLE 50X60CM
18.18	PAÑO CUBREMESA 90 X 90 CM ADHESIVO
19.19	FUNDA RX INTENSIFICADOR DE IMAGEN
20.20	PERNERA IMPERMEABLE 23X75
21.21	EQUIPO DE CATETERISMO VESICAL

Valoración de las ofertas presentadas

Las ofertas presentadas se han valorado por lotes:

LOTE 1.1: EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ARTROSCOPIA

Se han presentado 4 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)
N.I.F. A58001686
Avenida Barcelona nº 225;
08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

NO CUMPLE

Explicación: Se solicitan 2 toallitas de secado de campo 40x40cm y este kit presenta toallitas de 20x20cm, muy pequeñas. Por otro lado, presenta además, Stokinette y sábana desechable de 150 x 150 cm, elementos que no se solicitan dentro del kit y que por lo tanto se desecharían sin ser usados.

Valoración de BIMEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Además de lo solicitado en el PPT presenta Stokinette y Funda de mayo, elementos que no se solicitan dentro del kit y que por lo tanto se desecharían sin ser usados.

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PTTEX

NO CUMPLE

Explicación: La bolsa colectora del paño presenta una fenestración no solicitada, por lo que se pueden producir derrames de líquido con el consiguiente riesgo para los profesionales.

LOTE 2.2: EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO UROLOGÍA

Se han presentado 3 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

NO CUMPLE

Explicación: Se solicitan 2 toallitas de secado de campo 40x40cm y este kit presenta toallitas de 20x20cm, muy pequeñas.

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PTTEX

CUMPLE

LOTE 3.3: EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO OFTALMOLOGÍA

Se han presentado dos licitadores:

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)
N.I.F. A58001686
Avenida Barcelona nº 225;
08750 de Molins de Rei, Barcelona

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de BIMEDICA

CUMPLE

Valoración de PTTEX

NO CUMPLE

Explicación: No presenta los 2 pasatubos solicitados en la sábana oftalmológica.

LOTE 4.4: EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ESTANDAR UNIVERSAL

Se han presentado 3 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

NO CUMPLE

Explicación: Se solicitan 2 toallitas de secado de campo 40x40cm y este kit presenta toallitas de 20x30cm, muy pequeñas. Presenta los pasatubos independientes al paño inferior solicitado.

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita que los envases sean de fácil apertura y que deben presentarse en un sistema de embalaje para dispensación clínicamente limpia, la muestra recibida no se abre fácilmente, el embalaje es muy rígido y no presenta un sistema para dispensación clínicamente limpio por lo que no garantiza la "no contaminación" del producto.

Valoración de PPTTEX

CUMPLE

LOTE 5.5: EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO CESÁREA

Se ha presentado un único licitador

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de PPTTEX

CUMPLE

LOTE 6.6: EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ABDOMINO-PERINEAL

Se han presentado 3 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

NO CUMPLE

Explicación: Se solicitan 1 toallita de secado de campo 40x40cm y este kit presenta 1 toallita demasiado pequeña.

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: La funda de mayo que presenta en la muestra está adherida por lo que al desembalarla no garantiza la no contaminación del producto.

Valoración de PPTTEX

CUMPLE.

LOTE 7.7: EQUIPO ESPECÍFICO QUIRÚRGICO ARTROSCOPIA HOMBRO
--

Se han presentado 2 licitadores:

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Presenta 2 paños quirúrgicos en lugar de la sabana de artroscopia solicitada. Además el paño que presenta es NO Adhesivo.

Valoración de PPTTEX

CUMPLE.

LOTE 8.8: SET UROGINECOLOGÍA

Se han presentado 2 licitadores:

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: El pictograma da lugar a confusión en el desplegado.

Valoración de PPTEX

CUMPLE.

LOTE 9.9: EQUIPO ROPA CIRUGÍA RODILLA

Se han presentado 2 licitadores:

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Sólo presenta 1 cubremesa reforzado de las 2 unidades solicitadas. Presenta un Stokinette demasiado grande 40x75cm.

Valoración de PPTEX

NO CUMPLE

Explicación: Sólo presenta 1 cubremesa reforzado de las 2 unidades solicitadas.

LOTE 10.10: EQUIPO ROPA CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Se han presentado 2 licitadores:

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Sólo presenta 1 cubremesa reforzado de las 2 unidades solicitadas. La abertura en U del paño de extremidad inferior es de 20 x 100 cm, demasiado corto. La abertura en U del paño transparente es 13 x 60 cm, también demasiado corto. Además, no presenta stokinette.

Valoración de PPTEX

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita Stokinette de 23 x 75 cm, el que presenta en la muestra es de 40 x 75cm, demasiado ancho.

LOTE 11.11: EQUIPO ROPA LEGRADOS

Se han presentado 2 licitadores:

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PPTTEX

CUMPLE

LOTE 12.12: EQUIPO ROPA CIRUGÍA MANO/PIE

Se han presentado 2 licitadores:

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Sólo presenta 1 cubremesa reforzado de las 2 unidades solicitadas. La sábana de extremidad presentada es de 180cm de ancho, y se solicita de 210/240cm. El paño con adhesivo solicitado es de 150 x 180cm como mínimo, el presentado en la muestra mide 110 x 150 cm.

Valoración de PPTTEX

CUMPLE

LOTE 13.13: FUNDA MESA MAYO

Se han presentado 4 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)
N.I.F. A58001686
Avenida Barcelona nº 225;
08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

CUMPLE

Valoración de BIMEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita que los envases sean de fácil apertura, la muestra recibida no se abre fácilmente, por lo que no garantiza la "no contaminación" del producto.

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PTTEX

CUMPLE

LOTE 14.14: SÁBANA IMPERMEABLE 2 CAPAS

Se han presentado 5 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

BASTOS MEDICAL

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)
N.I.F. A58001686
Avenida Barcelona nº 225;
08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

CUMPLE

Valoración de BASTOS

CUMPLE

Valoración de BIMEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita que los envases sean de fácil apertura, la muestra recibida no se abre fácilmente, por lo que no garantiza la "no contaminación" del producto.

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PPTEX

NO CUMPLE

Explicación: La sábana que presenta no tiene banda adhesiva solicitada.

LOTE 15.15: SÁBANA IMPERMEABLE 3 CAPAS ABERTURA EN "U"

Se han presentado 4 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

BASTOS MEDICAL

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

NO CUMPLE

Explicación: La abertura en U la sabana es 7 x 65 cm, demasiado corto (se solicita 10 x 90cm).

Valoración de BASTOS

CUMPLE

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PPTEX

NO CUMPLE

LOTE 16.16: PAÑO DESECHABLE FENESTRADO ADHESIVO
--

Se han presentado 5 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

BASTOS MEDICAL

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)
N.I.F. A58001686
Avenida Barcelona nº 225;
08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

CUMPLE

Valoración de BASTOS

CUMPLE

Valoración de BIMEDICA

CUMPLE

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PPTTEX

CUMPLE

LOTE 17.17: PAÑO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO

Se han presentado 5 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

BASTOS MEDICAL

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)
N.I.F. A58001686
Avenida Barcelona nº 225;
08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

CUMPLE

Valoración de BASTOS

CUMPLE

Valoración de BIMEDICA

CUMPLE

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PPTEX

CUMPLE

LOTE 18.18: PAÑO QUIRÚRGICO SIN ADHESIVO

Se han presentado 5 licitadores:

Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

BASTOS MEDICAL

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)
N.I.F. A58001686
Avenida Barcelona nº 225;
08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

CUMPLE

Valoración de BASTOS

CUMPLE

Valoración de BIMEDICA

CUMPLE

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PPTEX

CUMPLE

LOTE 19.19: FUNDA RX INTENSIFICADOR DE IMAGEN

Se han presentado 3 licitadores:

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)

N.I.F. A58001686

Avenida Barcelona nº 225;

08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de BIMEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Presenta apertura demasiado grande por lo que no se ajusta y se podría caer con el consiguiente riesgo de contaminación.

Valoración de CV MEDICA

CUMPLE

Valoración de PPTTEX

NO CUMPLE

Explicación: Presenta apertura demasiado grande por lo que no se ajusta y se podría caer con el consiguiente riesgo de contaminación.

LOTE 20.20: PERNERA IMPERMEABLE

Se han presentado 5 licitadores:

Medline International Iberia SLU

Parque Empresarial San Fernando,

Edificio Múnich, Planta Baja Avda. de Castilla, 2

28830 San Fernando de Henares, Madrid

BASTOS MEDICAL

BARNA IMPORT MEDICA, S.A., (BIMÉDICA)

N.I.F. A58001686

Avenida Barcelona nº 225;

08750 de Molins de Rei, Barcelona

C.V. MEDICA, S.L.

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de MEDLINE

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita Stokinette de 23 x 75 cm, el que presenta en la muestra es de 36.5 x 75cm, demasiado ancho.

Valoración de BASTOS

NO CUMPLE

Explicación: Desdoblado muy dificultoso con el consiguiente riesgo de contaminación.

Valoración de BIMEDICA

CUMPLE

Valoración de CV MEDICA

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita Stokinette de 23 x 75 cm, el que presenta en la muestra es de 40 x 75cm, demasiado ancho.

Valoración de PPTEX

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita Stokinette de 23 x 75 cm, el que presenta en la muestra es de 40 x 75cm, demasiado ancho.

LOTE 21.21: EQUIPO DE CATETERISMO VESICAL.

Se ha presentado un único licitador

PTTEX - INDUSTRIA TÊXTIL, LDA

Valoración de PPTEX

NO CUMPLE

Explicación: Se solicita jeringa precargada de agua estéril de 10 mL, la presentada en la muestra es precargada de Cloruro Sódico 0.9%, la cual no es válida para este fin.

En Coslada, a 19 de Marzo de 2025
Firmado digitalmente por: RUIZ ROMERA MARIA DEL PILAR
Fecha: 2025.03.21 12:03

Fdo: Ma. del Pilar Ruiz Romero

Directora de Enfermería