

DE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

A: PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXPEDIENTE PA SUM 24-010 SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS Y ENDOCIRUGÍA, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Habiéndose observado errores en el pliego de prescripciones técnicas PPT y el pliego de cláusulas administrativas particulares PCAP del expediente PA SUM 24-010, para el SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS Y ENDOCIRUGÍA, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA, publicado el día 5 de diciembre de 2024 en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, a continuación, se detalla la subsanación del mismo:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PPT:

Dónde dice

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas
1	1	102199	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 120 MM. DE LONGITUD	Aguja de neumoperitoneo de 120 mm con punta retráctil, mecanismo de seguridad, campana de amplificación de sonido e indicador visual de posicionamiento.
	2	101952	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 150 MM. DE LONGITUD	Aguja de neumoperitoneo de 150 mm con punta retráctil, mecanismo de seguridad, campana de amplificación de sonido e indicador visual de posicionamiento.

Debe decir

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas
1	1	102199	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 120 MM. DE LONGITUD	Aguja de neumoperitoneo de 120 mm con punta retráctil, mecanismo de seguridad e indicador visual de posicionamiento.
	2	101952	AGUJA DE NEUMOPERITONEO 150 MM. DE LONGITUD	Aguja de neumoperitoneo de 150 mm con punta retráctil, mecanismo de seguridad e indicador visual de posicionamiento.

Dónde dice

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas
23	45	105053	ENDOGRAPADORA CORTADORA ELECTRICA DE 60MM RECARGABLE	Endograpadora cortadora eléctrica de 60 mm articulable 55º a cada lado. 34 cm longitud, para trocar 12mm. Cierre distal en paralelo. Apertura de las mandíbulas de 19,5 mm. Acomoda diversos tipos de cargas. Con tecnología GST (estrías atraumáticas para evitar desplazamiento del tejido.)
	46	105406	CARGA 60 MM TEJIDO VASCULAR	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 2,5mm Apta para sellado tejido VASCULAR.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST
	47	101913	CARGA 60 MM TEJIDO MEDIO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60mm de un solo uso. Altura grapa 3,5mm Apta para sellado tejido medio.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST
	48	127402	CARGA 60 MM TEJIDO MEDIO/GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 3,8mm Apta para sellado tejido medio/grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST
	49	105161	CARGA 60 MM TEJIDO GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 4,1mm Apta para sellado tejido grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST
	50	124166	CARGA 60 TEJIDO EXTRA GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 4,4mm Apta para sellado tejido extra grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas y superficie de carga con tecnología GST

Debe decir

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas
23	45	105053	ENDOGRAPADORA CORTADORA ELECTRICA DE 60MM RECARGABLE	Endograpadora cortadora eléctrica de 60 mm articulable 55º a cada lado. 34 cm longitud, para trocar 12mm. Cierre distal en paralelo. Apertura de las mandíbulas de 22,8 mm. Acomoda diversos tipos de cargas.
	46	105406	CARGA 60 MM TEJIDO VASCULAR	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 2,5mm Apta para sellado tejido VASCULAR.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas.
	47	101913	CARGA 60 MM TEJIDO MEDIO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60mm de un solo uso. Altura grapa 3,5mm Apta para sellado tejido medio.6 Filas de grapado. Grapas asimétricas.
	48	127402	CARGA 60 MM TEJIDO MEDIO/GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 3,8mm Apta para sellado tejido medio/grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas.
	49	105161	CARGA 60 MM TEJIDO GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 4,1mm Apta para sellado tejido grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas.
	50	124166	CARGA 60 TEJIDO EXTRA GRUESO	Carga recta compatible con maquina eléctrica de 60 mm de un solo uso. Altura grapa 4,4mm Apta para sellado tejido extra grueso. 6 filas de grapado. Grapas asimétricas.

Dónde dice

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas
26	56	101625	GRAPADORA CURVA 40 MM	Grapadora curva con longitud de sutura 40 mm de perfil curvo y espacio de 30 mm para facilitar su maniobra y visibilidad. 4 filas de grapas 3D Altura de grapa cerrada 2 mm. Con tecnología GST (estrías atraumáticas para evitar desplazamiento del tejido.)
	57	104415	CARGA PARA GRAPADORA CURVA 40 MM GRAPA 2 MM	Carga para grapadora de sutura curva 40 mm. Altura de grapa cerrada 2 mm. Tecnología GST y grapa 3D

Debe decir

Nº LOTE	Nº ORDEN	Código de producto	DESCRIPCIÓN	Características Técnicas
26	56	101625	GRAPADORA CURVA 40 MM	Grapadora curva con longitud de sutura 40 mm de perfil curvo y espacio de 30 mm para facilitar su maniobra y visibilidad. 4 filas de grapas 3D Altura de grapa cerrada 2 mm.
	57	104415	CARGA PARA GRAPADORA CURVA 40 MM GRAPA 2 MM	Carga para grapadora de sutura curva 40 mm. Altura de grapa cerrada 2 mm. Grapa 3D

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PCAP

En el cuadro de criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas de los lotes 1, 8, 15, 23 y 26, dónde dice:

Nº LOTE	Código de producto	ITEM		Puntuación
1	AGUJAS DE NEUMOPERITONEO	Indicador visual con bola de flotación	SI	15
			NO	0
		Indicador auditivo de seguridad	SI	30
			NO	0
8	PINZA DE AGARRE	Mantiene la tracción del tejido, aunque sea grueso	SI	15
			NO	0
		Mango ergonómico de fácil manejo	SI	15
			NO	0
		Mecanismo de fijación manejable con un dedo	SI	15
			NO	0

Nº LOTE	Código de producto	ITEM		Puntuación
15	ENDOCLIPS	Mandíbula angulada para mejor visión	SI	15
			NO	0
		Cierre con mecanismo de trinquete que impida la pérdida del clip antes de que se haya cerrado	SI	15
			NO	0
		Superficie interior del clip con estrías latero transversales para evitar el desplazamiento	SI	15
			NO	0
23	GRAPADORAS BARIATRICA	Control completo del disparo y apertura	SI	15
			NO	0
		Cierre completo previo al disparo	SI	15
			NO	0
		Cargas de grapas con superficie antideslizante para mejorar la retención de los tejidos	SI	15
			NO	0
26	GRAPADORA RECTAL CURVA	Sin deslizamiento del tejido una vez realizada la compresión y el cierre	SI	15
			NO	0
		Perno retenedor de tejidos	SI	30
			NO	0

En los lotes 1, 8, 15, 23 y 26, debe decir:

Nº LOTE	Código de producto	ITEM		Puntuación
1	AGUJAS DE NEUMOPERITONEO	Indicador visual con bola de flotación	SI	15
			NO	0
		Indicador auditivo de seguridad con campana de amplificación del sonido	SI	30
			NO	0
8	PINZA DE AGARRE	Mantiene la tracción del tejido, aunque el tejido sea grueso	SI	15
			NO	0
		Mango ergonómico de fácil manejo	SI	15
			NO	0
		Mecanismo de fijación manejable con un dedo	SI	15
			NO	0

Nº LOTE	Código de producto	ITEM		Puntuación
15	ENDOCLIPS	Mandíbula angulada para mejor visión	SI	22
			NO	0
		Cierre con mecanismo de trinquete que impida la pérdida del clip antes de que se haya cerrado	SI	23
			NO	0
23	GRAPADORAS BARIATRICA	Control motorizado del disparo y control manual de apertura y cierre	SI	15
			NO	0
		Cierre completo previo al disparo	SI	15
			NO	0
		Cargas de grapas con superficie rugosa que minimice el deslizamiento del tejido	SI	15
			NO	0
26	GRAPADORA RECTAL CURVA	Sin deslizamiento del tejido mediante estrías atraumáticas que favorezcan la compresión y perfusión del tejido	SI	15
			NO	0
		Perno retenedor de tejidos	SI	30
			NO	0

MODIFICACIÓN PLAZO DE LICITACIÓN

Así mismo, se modifican las fechas publicadas para la presentación y apertura de ofertas:

Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de febrero de 2025

Fecha y hora de apertura de ofertas, (Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas): 19 de febrero de 2025.

Lo que trasladamos para los efectos oportunos.

Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA
Fecha: 2025.01.17 15:41

Fdo: Gema Sarmiento Beltrán

Directora Gerente

Hospital Universitario de Fuenlabrada