

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-103 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Muñoz Guijosa, Jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca

Fecha: a 6 de febrero del 2025.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-103 para el “SUMINISTRO DE CANULAS, DISPOSITIVO OXIGENADOR PARA ECMO Y DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA CARDICA Y CARDIOLOGIA” por las empresas, se emite el siguiente:

INFORME TÉCNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 4:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL SLU cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	CANULA RETORNO ARTERIAL PARA ECMO CON PERFUSION DE EXTREMIDAD DISTAL INCORPORADA	PALEX MEDICA SA	SI	30
2	CANULA DE DOBLE LUZ ATRIO-PULMONAR PARA ASISTENICA PULMONAR DERECHA	PALEX MEDICA SA	SI	30
3	SISTEMA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA CON OXIGENADOR DE MEMBRANA ADULTOS Y SET DE TUBOS PRECONECTADOS PARA PACIENTES ADULTOS CON CARDIOPATIA CONGENITA	PALEX MEDICA SA	SI	30
4	DISPOSITIVOS INTRAVASCULARES DE ASISTENCIA VENTRICULAR	IZASA HOSPITAL SLU	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

MUÑOZ GUIJOSA
CHRISTIAN - DNI
Firmado digitalmente por
MUÑOZ GUIJOSA
CHRISTIAN - DNI
Fecha: 2025.02.06 10:29:59
+01'00'

Fdo.: Dr. Muñoz Guijosa
JEFE DE Sº CIRUGIA CARDIACA

EXPEDIENTE: 2024-0-103		
SUMINISTRO DE CANULAS, DISPOSITIVO OXIGENADOR PARA ECMO Y DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA CARDICA Y CARDIOLOGIA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1 (Orden 1)	CANULA RETORNO ARTERIAL PARA ECMO CON PERFUSION DE EXTREMIDAD DISTAL INCORPORADA	PALEX MEDICA SA TOTAL PUNTOS: 30
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Diseño específico que facilite la correcta colocación del orificio de perfusión distal ... 30 PUNTOS	1.- SI DISPONE 30 PUNTOS
2 (Orden 2)	CANULA DE DOBLE LUZ ATRIO-PULMONAR PARA ASISTENICA PULMONAR DERECHA	PALEX MEDICA SA TOTAL PUNTOS: 30
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Diseño específico para evitar la recirculación sanguínea ... 30 PUNTOS	1.- SI DISPONE 30 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-103		
SUMINISTRO DE CANULAS, DISPOSITIVO OXIGENADOR PARA ECMO Y DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA CARDICA Y CARDIOLOGIA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3 (Orden 3)	SISTEMA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA CON OXIGENADOR DE MEMBRANA ADULTOS Y SET DE TUBOS PRECONECTADOS PARA PACIENTES ADULTOS CON CARDIOPATIA CONGENITA TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Se valorará el menor volumen de cebado por debajo del 290 ml solicitado en el Pliego a. Volumen de cebado igual a 290 ml ... 0 PUNTOS b. Volumen de cebado < de 290 ml (valoración proporcional), otorgando la mayor puntuación a la empresa que oferte menor volumen de cebado ... HASTA 15 PUNTOS 2. Tubos y Sistema transparentes para buena visualización ... 15 PUNTOS	PALEX MEDICA SA TOTAL PUNTOS: 30 1.- VOLUMEN DE CEBADO DE 100 ml 15 PUNTOS 2.- SI DISPONE 15 PUNTOS
4 (Orden 4 a 6)	ORDEN 5: DISPOSITIVO INTRAVASCULAR DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA DE 5,5 LITROS TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS 1. Se valorará la autonomía de la batería de al menos 50 minutos solicitada en el pliego a. Si la autonomía es igual a 50 minutos ... 0 PUNTOS b. Si la autonomía es > a 50 minutos (valoración proporcional), otorgando mayor puntuación a la empresa que oferte mayor tiempo de autonomía ... HASTA 15 PUNTOS 2. Compatible con consola que muestre parámetros instantáneos y gráficas de tendencias para el control del paciente y facilitar la retirada del dispositivo ... 15 PUNTOS	IZASA HOSPITAL SLU TOTAL PUNTOS: 30 1.- AUTONOMÍA DE 60 MINUTOS 15 PUNTOS 2.- SI ES COMPATIBLE 15 PUNTOS