

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

INFORME TÉCNICO TRAS REVISIÓN DEL EXPEDIENTE URO-PAPG 2025-12 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE UROLOGÍA				
LOTE	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	CONFORME CERTIFICADO MARGADO CE (SI/NO)	VALORACIÓN
1	AGUJA DE BIOPSIA PRÓSTATA	HORTAS SUMINISTROS, S.L.	SI	CUMPLE
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	CUMPLE
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	SI	CUMPLE
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	SI	CUMPLE
		IMEOS, S.L.	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE
2	ASAS DE CORTE Y ELECTRODOS	PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	SI	NO CUMPLE: La documentación técnica aportada sigue sin aclarar las características técnicas de las asas de resección solicitadas.
		KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	SI	CUMPLE
3	BUJÍA DILATADORA	LELEMAN, S.L..	SI	NO CUMPLE: Tiene el extremo cónico en vez de cónico-olivar, y puede resultar traumático para la uretra en su uso.
4	KIT DE CATÉTER DE BALÓN Y DISPOSITIVO DE HINCHADO	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L..	SI	REVISADO INFORME TÉCNICO CON LA VALORACIÓN "NO CUMPLE: No dispone de manómetro de inflado (sólo catéter de dilatación)" A SOLICITUD DE LA EMPRESA, ESTA RESULTA EXCLUIDA POR NO APORTAR MUESTRA EN PLAZO FIJADO EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
5	CATÉTER URETERAL DOBLE J CON ORIFICIOS MÚLTIPLES	CAHNOS, S.L.	SI	CUMPLE
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	si	NO CUMPLE: No dispone de declaración de conformidad de tiempo de permanencia en el paciente de 365 días
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE

6	CATER URETERAL RECTO PUNTA ABIERTA	CAHNOS, S.L.	SI	CUMPLE
7	CIRCUITO PARA TRANSMISION DEL SUERO EN BOMBA DE URODINAMIA	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	CUMPLE
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L.	SI	CUMPLE
		CREO MEDICAL, SL	SI	CUMPLE
		MEDICINA & MERCADO S.L.	SI	CUMPLE
		LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	SI	CUMPLE
8	EQUIPO PARA IRRIGACION UROLOGICA CON DOS PERFORADORES Y CAMARA	CAHNOS, S.L.	SI	NO CUMPLE: Punta recta de nitinol rígida y se solicitan las dos puntas flexibles
9	GUIA DE NITINOL Y PTFE CON PUNTA RECTA	PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	SI	NO CUMPLE: Solo un extremo flexible y se solicitaban ambas puntas flexibles.
		CREO MEDICAL, SL	SI	NO CUMPLE: Ofertan una guía completamente de nitinol, sin recubrimiento de PTFE para ser una guía híbrida de las empleadas en Urología
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	NO CUMPLE: Solo un extremo flexible y se solicitaban ambas puntas flexibles.
		MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	SI	NO CUMPLE: Ofertan una guía completamente de nitinol, sin recubrimiento de PTFE para ser una guía híbrida de las empleadas en Urología
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	SI	EXCLUIDO: NO PRESENTAN MUESTRA EN PLAZO FIADO EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	SI	CUMPLE
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
10	SET DE TUBOS FLEXIBLES PARA BOMBA DE IRRIGACION QUIRÚGICA	LELEMAN, S.L.	SI	CUMPLE
		PTTEX, LDA	SI	NO CUMPLE: Solo un extremo flexible y se solicitaban ambas puntas flexibles.
		KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.	SI	CUMPLE
		PALEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE

11	CESTA EXTRACTORA DE CALCULOS URINARIOS	PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	SI	NO CUMPLE con el diseño de alambres de nitinol de geometría variable, para que en el despliegue completo, proporcione una cesta tradicional de tres o cuatro hilos,, y en el cierre parcial rediseña la cesta para proporcionar un tejido apretado de 12 o 16 alambres.
12	CESTA NITINOL PARA LA EXTRACCION DE CALCULOS	COOK ESPAÑA, SL	SI	CUMPLE
		CRED MEDICAL, SL	SI	CUMPLE
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE
		CARDIOLINK, S.L.	SI	CUMPLE
13	CESTA NITINOL PARA CAPTURA, RECOLOCACION Y EXTRACCION DE CALCULOS URINARIOS	PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	SI	CUMPLE
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	NO CUMPLE: Calibre de 1,5 F y se solicita 1,7 a 1,9 F
		COOK ESPAÑA, SL	SI	CUMPLE
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	SI	DETECTADO ERROR EN INFORME TÉCNICO. NO CUMPLE: Presentan cesta redondeada y no de captura frontal que es la que se solicita en PPT.
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
14	CATETER URETERAL DE CURVATURA UNICA	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	DETECTADO ERROR EN INFORME TÉCNICO. NO CUMPLE: El tipo de catéter no es un catéter mono-J que es el solicitado en el PPT.
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	CUMPLE
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	SI	CUMPLE
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
15	FIBRAS DE LASER	LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
		FIRMA AMBU S.L	SI	CUMPLE
		CARDIOLINK, S.L.	SI	CUMPLE
		COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	CUMPLE
16	SISTEMA URETEROSCOPIO	PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	SI	CUMPLE

		CREO MEDICAL, SL	SI	CUMPLE	
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	CUMPLE	
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	SI	CUMPLE	
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE	
		CREO MEDICAL, SL	SI	NO CUMPLE: No aporta el calibre solicitado interno/externo: 11/13 Fr y el dilatador no es de durometría dual.	
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	SI	CUMPLE	
		PALEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE	
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE	
		LELEMAN, S.L..	SI	NO CUMPLE: Vaina no hidrofílica, sólo es hidrofílico el dilatador.	
		PPTEX, LDA	SI	NO CUMPLE: El dilatador no es de durometría dual.	
		CAHNOS, S.L.	SI	CUMPLE	
		PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	SI	NO CUMPLE. La documentación enviada se refiere a dilatadores uretrales y se piden renales.	
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE	
		LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE	
		PRESURGY, S.L.	SI	CUMPLE	
		PRODUCT. ESP. NEOMEDIC INTERNATIONAL S.L	SI	NO CUMPLE: la vaina de acceso percutánea 16/14 Fr tiene una longitud de 13 cm y se solicitaba 15 cm para su adaptación a los pacientes adultos y a los nefroscopios existentes en nuestro hospital.	
		CREO MEDICAL, SL	SI	NO CUMPLE: Las medidas de los catéteres no se corresponden con las solicitadas.	
		MEDICINA & MERCADO S.L.	SI	CUMPLE	
		PRESURGY, S.L.	SI	CUMPLE	
		NAKAFARMA	SI	CUMPLE	
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE	
		LELEMAN, S.L..	SI	NO CUMPLE: Vaina DE 30 Fr, en vez de la de 24 Fr solicitada	
		COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	CUMPLE	
17	KIT DE VAINA DE ACCESO URETERAL				
18	KIT DILATADORES Y VAINAS RENALES TIPO AMPLATZ				
19	VAINA RENAL DE ACCESO Y ASPIRACION-EVACUACION PERCUTANEA Y TRANSURETRAL				
20	SET DE URODINAMICA				
21	SOLUCION ESTERIL DE ACIDO HIALURONICO PARA INSTILACION VESICAL				
22	KIT CATETER BALON PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA Y DISPOSITIVO DE HINCHADO				
23	EXTRACTOR DE CALCULOS PARA NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA				

24	GUIA HIBRIDA HIDROFILICA CON PUNTA FLEXIBLE	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	NO CUMPLE: Se solicita guía de aleación de triton (níquel y cobalto) y se oferta guía híbrida de nitinol.
		PALEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE
	CATÉTER DOBLE J ABIERTO/ABIERTO PARA EL DRENAJE DE UTEROS OBSTRUIDOS POR PATOLOGIA EXTRALUMINAL O PARA PACIENTES INCRUSTADORES	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	CUMPLE
25		PALEX MEDICAL, S.A.	SI	NO CUMPLE: Catéter hidrofílico y no hidrofóbico como se solicita en el pliego.
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
26	SISTEMA DE MORCELACIÓN DE TEJIDO PROSTÁTICO	PALEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE
27	SISTEMA DE QUIMIOHIPERTERMIA ENDOVESICAL	CREO MEDICAL, SL	SI	NO CUMPLE: no mantiene temperaturas de $43 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ni tiene alarmas de obstrucción
28	EVACUADOR VESICAL TIPO ELLIK	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	CUMPLE
29	EQUIPO DE DILATADORES URETRALES SOBRE GUÍA	COOK ESPAÑA, SL	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE
30	DILATADOR URETRAL FILIFORME INTEGRAL	COOK ESPAÑA, SL	SI	CUMPLE
31	BALÓN DE DILATACIÓN URETRAL PARA LA LIBERACIÓN DIRECTA DE PACLITAXEL EN LA ESTENOSIS URETRAL	PALEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE
32	SET DE NEFROSTOMÍA MALECOT	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE
33	SISTEMA DE IRRIGACION VESICAL POSTQUIRURGICO	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	SI	CUMPLE
		CAHNOS, S.L.	SI	CUMPLE
		COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	NO CUMPLE: Punta biselada. Se solicita punta de diamante

34	AGUJA PUNCIÓN RENAL	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	CUMPLE
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	SI	CUMPLE
		COOK ESPAÑA, SL	SI	CUMPLE
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE
35	SONDA POLIURETANO HIDRÓFILA BAJA FRICCIÓN	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	CUMPLE
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	SI	NO CUMPLE: Ofertan una sonda de PVC y se solicitan de poliuretano en el concurso.
36	AGUJA PARA INYECCIÓN VESICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.	SI	NO CUMPLE: La aguja es un tubo de poliamida sin espiral metálica que evite los acodamientos
		MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	NO CUMPLE: No dispone de la declaración de conformidad de que la aguja es retráctil para evitar el daño del cistoscopio flexible
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	SI	CUMPLE
37	GUÍA DE AGUJA PARA PUNCIÓN DE NEFROSTOMÍA	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	NO CUMPLE: La guía ofertada no es adecuada para el ecógrafo del bloque quirúrgico del hospital
		MERMAID MEDICAL IBERIA S.L.	SI	CUMPLE
		FIRMA AMBU S.L.	SI	CUMPLE
		CARDIOLINK, S.L.	SI	CUMPLE
38	CISTOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE	PRESURGY, S.L.	SI	NO CUMPLE: Profundidad de campo 5 -50 mm y deflexión 210º arriba-120º abajo y se solicita que sea de profundidad 3 a 100 mm y deflexión 210-180º
		CREO MEDICAL, SL	SI	NO CUMPLE: Profundidad de campo 2 -50 mm y se solicita que sea de 3 a 100 mm
		MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	SI	NO CUMPLE: Profundidad de campo 5 -50 mm y deflexión 210º arriba-130º abajo y se solicita que sea de profundidad 3 a 100 mm y deflexión 210-180º
		PALEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE

39	KIT DE NEFROSTOMÍA CON PUNTA PIG TAIL	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	SI	CUMPLE
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A	SI	CUMPLE
		LELEMAN, S.L..	SI	CUMPLE

Getafe, 27 de Febrero de 2025

[Redacted Signature]

JEFE SERVICIO DE UROLOGÍA

