

EXPEDIENTE Nº: 2025-0-010 (A/SUM-050477/2024)

"ADQUISICIÓN DE CLAVO DE OSTEOSÍNTESIS PARA CADERA Y SISTEMA DE CEMENTACIÓN ÓSEO AL VACÍO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR" (4 LOTES).

INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el siguiente cuadro, se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	LOTE			
		1	2	3	4
1	HERAEUS S.A.		X	X	X
2	STRYKER IBERIA, SL	X			
3	JOHNSON & JOHNSON S.A	X			

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, acreditando dicho cumplimiento todas las empresas.

En relación a las muestras, la empresa STRYKER IBERIA, SL., no presenta ya que se comprueba que oferta el mismo producto y referencia que está actualmente suministrado al Hospital, por lo que está exento de su presentación, de conformidad con el apartado 9 de la Cláusula 1 del PCAP.

SEGUNDO. - Una vez comprobado el cumplimiento de las ofertas con los requisitos exigidos en el PPT, se ha realizado la evaluación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, conforme a lo indicado en el punto 8.2.2 de la Cláusula 1 del PCAP, con el resultado que se indica en el Anexo I.

Madrid, a

Firmado digitalmente por: LARRAINZAR GARIJO RICARDO
Fecha: 2025.02.26 13:14

Fdo.: Dr. Ricardo Larrainzar Garijo

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

ANEXO I

LOTE 1	EFICACIA CON NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICO								
	LICITADOR	Nª estudios presentados			Nº estudios valorables			Ponderación Hasta 12 P.	
	STRYKER IBERIA, SL	38			12			12,00	
	JOHNSON & JOHNSON S.A	10			9			3,38	
	FACILIDAD DE USO DEL SISTEMA GUIADO DE BLOQUEO DISTAL								
	LICITADOR	Trauma 1	Trauma 2	Trauma 3	Trauma 4	Trauma 5	Trauma 6	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 8 P.
	STRYKER IBERIA, SL	7	9	8	7	8	7	7,67	8,00
	JOHNSON & JOHNSON S.A	6	7	7	6	6	7	6,50	6,78

LOTE 2	FACILIDAD DE USO DEL KIT DE CEMENTACIÓN AL VACÍO							
	LICITADOR	Trauma 1	Trauma 2	Trauma 3	Trauma 4	Trauma 5	Trauma 6	Valoración (Media)
	HERAEUS S.A.	9	8	9	9	10	9	9,00

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

LOTE 4	EFICACIA CON NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA			
	licitador	Nº estudios presentados	Nº estudios valorables	Ponderación Hasta 20 P.
	HERAEUS S.A.	3	3	20,00