

SUMINISTRO DE “FUNGIBLE PARA OSTOMÍA”, PARA DISTINTOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

EXPEDIENTE: A/SUM-052343/2024

INFORME DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

LOTE	SUBLOTE	CRITERIO / VALORACIÓN	B. BRAUN MEDICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	CONVATEC	HOLLISTER IBERICA	PALEX MEDICAL
LOTE 1	Lote 1.1	La bolsa dispone de doble filtro, para garantizar mejor y más rápido filtración de gases					
		SI: 2 puntos		2	2		
		NO: 0 puntos					
		Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2	2		
		NO: 0 puntos					
		Filtro con tres capas que garantice que se inactive manteniendo la impermeabilidad					
		SI: 2 puntos		2	0		
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>4</b>		
	Lote 1.2	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>4</b>			

LOTE	SUBLOTE	CRITERIO / VALORACIÓN	B. BRAUN MEDICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	CONVATEC	HOLLISTER IBERICA	PALEX MEDICAL
LOTE 1	Lote 1.3	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.		2	2		
		SI: 2 puntos					
		NO: 0 puntos					
		Presenta triple cierre de velcro integrado para garantizar máxima seguridad antifugas					
		SI: 2 puntos		2	2		
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>		
	Lote 1.4	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.		2			
		SI: 2 puntos					
		NO: 0 puntos					
		Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>4</b>			
	Lote 1.5	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.		2			
		SI: 2 puntos					
		NO: 0 puntos					
		Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>4</b>			

LOTE	SUBLOTE	CRITERIO / VALORACIÓN	B. BRAUN MEDICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	CONVATEC	HOLLISTER IBERICA	PALEX MEDICAL
LOTE 1	Lote 1.6	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>4</b>			
	Lote 1.7	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>4</b>			
LOTE 2		Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 15 puntos		15			
		NO: 0 puntos					
		La bolsa tiene una capacidad superior a 900 ml					
		SI: 15 puntos		15			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>30</b>			

LOTE	SUBLOTE	CRITERIO / VALORACIÓN	B. BRAUN MEDICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	CONVATEC	HOLLISTER IBERICA	PALEX MEDICAL
LOTE 3	Lote 3.1	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.		3			
		SI: 3 puntos					
		NO: 0 puntos					
		Dispone de tapón con estrias para garantizar cierre estanco					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		El sistema incluye un tubo corrugado para la conexión a la bolsa de diuresis					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>9</b>			
	Lote 3.2	Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 3 puntos		3	0		
		NO: 0 puntos					
		Dispone de tapón con estrias para garantizar cierre estanco					
		SI: 3 puntos		3	3		
		NO: 0 puntos					
		Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 3 puntos		3	3		
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>6</b>		

LOTE	SUBLOTE	CRITERIO / VALORACIÓN	B. BRAUN MEDICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	CONVATEC	HOLLISTER IBERICA	PALEX MEDICAL
LOTE 3	Lote 3.3	Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		Dispone de tapón con estrias para garantizar cierre estanco					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>9</b>			
	Lote 3.4	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		Con presillas para cinturón en el disco para favorecer la adherencia del disco					
		SI: 1 puntos		1			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>3</b>			
LOTE 4	Lote 4.1	Presenta triple cierre de velcro integrado para garantizar máxima seguridad antifugas					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		Dispone de diseño infantil					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>6</b>			

LOTE	SUBLOTE	CRITERIO / VALORACIÓN	B. BRAUN MEDICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	CONVATEC	HOLLISTER IBERICA	PALEX MEDICAL
LOTE 4	lote 4.2	Disco en forma de flor					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		Presenta triple cierre de velcro integrado para garantizar máxima seguridad antifugas					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>6</b>			
	Lote 4.3	Disco en forma de flor					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		Dispone de tapón con estrias para garantizar cierre estanco					
		SI: 3 puntos		3			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>6</b>			
	Lote 4.4	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		Aro flotante flexible y consistente para evitar fugas y garantizar la permanencia del dispositivo					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>		<b>4</b>			
	Lote 4.5	Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		Aro flotante flexible y consistente para evitar fugas y garantizar la permanencia del dispositivo					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>4</b>			

LOTE	SUBLOTE	CRITERIO / VALORACIÓN	B. BRAUN MEDICAL	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS	CONVATEC	HOLLISTER IBERICA	PALEX MEDICAL
LOTE 4	lote 4.6	Disco en forma de flor					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		Adhesivo mixto con alternancia definida de resinas, de máxima eficacia y resistentes a la degradación. Se deben presentar estudios publicados que lo demuestren.					
		SI: 2 puntos		2			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>4</b>			
LOTE 7		Escala de medición exacta del exudado de drenado					
		SI: 15 puntos		15			
		NO: 0 puntos					
		El adhesivo permite recortar desde fuera hacia dentro y viceversa					
		SI: 15 puntos		15			
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>		<b>30</b>			
LOTE 10		Permite pulverizar para su administración invirtiendo la posición del envase					
		SI: 15 puntos	15	15	15		15
		NO: 0 puntos					
		Permite la liberación del producto sin necesidad de gases propelentes					
		SI: 15 puntos	0	0	15		0
		NO: 0 puntos					
		<b>PUNTUACION TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>		<b>15</b>

Madrid, 15 de enero de 2025

Fdo.: Purificación Pazos Ramos  
Supervisora de Recursos Materiales