

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE.: A/SUM-052343/2024

OBJETO: “FUNGIBLE PARA OSTOMÍA”, PARA DISTINTOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

EMPRESAS LICITANTES:

- B. BRAUN MEDICAL, S.A.
 - COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.
 - CONVATEC, S.L.
 - HOLLISTER IBERICA, S.A.
 - PALEX MEDICAL S.A.
-
- **CONVATEC, S.L:** no se puede valorar la posición del lote 3.1. porque en la plataforma Licit@ no presenta oferta y tampoco presentas muestras a dicho lote.

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1.1	BOLSA COLOSTOMIA 1 PIEZA ADULTOS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 1.2	BOLSA COLOSTOMIA 2 PIEZAS ADULTOS ACOPLAMIENTO ADHESIVO Y / O MECÁNICO
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Diámetro del anillo/acoplamiento al disco entre 50 y 55 mm. • La empresa presenta en la Ficha Técnica y en la Muestra Diámetro del anillo/acoplamiento de 57 mm.
LOTE 1.3	BOLSA ILEOSTOMIA 1 PIEZA ADULTOS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 1.4	BOLSA ILEOSTOMIA 2 PIEZAS ADULTOS ACOPLAMIENTO ADHESIVO Y / O MECÁNICO.
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONVATEC, S.L	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Diámetro del anillo/acoplamiento al disco entre 50 y 55 mm. • La empresa presenta en la Ficha Técnica y en la Muestra Diámetro del anillo/acoplamiento de 57 mm.
LOTE 1.5	DISCO CONVEXIDAD MEDIA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Diámetro del anillo/acoplamiento a la bolsa entre 50 y 55 mm. • La empresa presenta en la Ficha Técnica y en la Muestra Diámetro del anillo/acoplamiento de 45 mm.
LOTE 1.6	DISCO CONVEXIDAD FUERTE
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Diámetro del anillo/acoplamiento a la bolsa entre 50 y 55 mm. • La empresa presenta en la Ficha Técnica y en la Muestra Diámetro del anillo/acoplamiento de 45 mm.

LOTE 1.7	DISCO PLANO ACOPLAMIENTO ADHESIVO Y / O MECÁNICO
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Disco adhesivo con diámetro 50 mm. • La empresa presenta en la Ficha Técnica y en la Muestra Diámetro de 57 mm.
LOTE 2	BOLSA ALTO DÉBITO
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Capacidad mínima de la bolsa 700 ml. • La empresa en la Ficha Técnica y en la Muestra presentada no especifica Capacidad de la bosa.
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 3.1	BOLSA UROSTOMIA 1 PIEZA ADULTOS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 3.2	BOLSA UROSTOMIA 2 PIEZAS ADULTOS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 3.3	BOLSA UROSTOMIA 2 PIEZAS ADULTOS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Disco adhesivo con aro entre 50 y 55 mm. La empresa presenta en la Ficha Técnica y en la Muestra Disco adhesivo con aro de 57 mm.
LOTE 3.4	DISCO CONVEXIDAD FUERTE
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Diámetro del anillo/acoplamiento a la bolsa entre 50 y 55 mm. La empresa presenta en la Ficha Técnica y en la Muestra Diámetro del anillo/acoplamiento de 45 mm.
LOTE 4.1	BOLSA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA 2 PIEZAS PEDIÁTRICA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 4.2	BOLSA ILEOSTOMIA 2 PIEZAS PEDIÁTRICA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4.3	BOLSA UROSTOMIA 2 PIEZAS PEDIÁTRICA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4.4	DISCO OSTOMIA PEDIÁTRICA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4.5	DISCO OSTOMIA PEDIÁTRICA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4.6	DISCO OSTOMIA PEDIÁTRICA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 5	BOLSAS REFEEDING
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 6	DISPOSITIVO PROTECTOR PARA CUIDADO DE FÍSTULAS Y HERIDAS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 7	BOLSA DRENAJE ADHESIVA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 8	PASTA AUTOADHESIVA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 9	POLVOS PROTECTORES OSTOMIA
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HOLLISTER IBERICA, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 10	SPRAY SILICONA ELIMINADOR ADHESIVOS
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PALEX MEDICAL S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 11	CINTURÓN PARA BOLSA OSTOMIA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 12	ANILLO PLANO MOLDEABLE
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONVATEC, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HOLLISTER IBERICA, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Madrid, 15 de enero de 2025

Fdo: Purificación Pazos Ramos
Supervisora Recursos Materiales