

### EVALUACIÓN TÉCNICA

**EXPEDIENTE A/SUM-052348/2024**

**OBJETO: “SUMINISTRO DE AGENTES LÍQUIDOS EMBOLIZANTES PARA USO EN NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN”**

**EMPRESAS LICITANTES:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. BALT SPAIN MEDICAL, S.L. | NIF: B66878398 |
| 2. GRIFOLS MOVACO, S.A.     | NIF: A58426008 |
| 3. MEDTRONIC IBERICA, S.A.  | NIF: A28389484 |
| 4. PRIM, S.A.               | NIF: A28165587 |

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

<b>LOTE 1</b>	<b>AGENTE DE EMBOLIZACIÓN LÍQUIDO COMPUESTO POR COPOLIMERO+DMSO UNIDO A IODO COMO ELEMENTO RADIOPACO.</b>
<b>GRIFOLS MOVACO, S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>LOTE 2</b>	<b>AGENTE DE EMBOLIZACIÓN LÍQUIDO COMPUESTO POR COPOLÍMERO+DMSO Y POLVO DE TANTALIO COMO ELEMENTO RADIOPACO</b>
<b>BALT SPAIN MEDICAL, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>LOTE 3</b>	<b>AGENTE DE EMBOLIZACIÓN LIQUIDO COMPUESTO POR COPOLIMERO+DMSO Y POLVO DE TANTALIO COMO ELEMENTO RADIOPACO</b>
<b>MEDTRONIC IBERICA, S.A.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<b>PRIM, S.A.</b>	<p><b>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el PPT se solicita: concentraciones de 18, 20 y 34 y viscosidades relativas de 6%, 6,5% y 8% respectivamente.</li> <li>• En la Ficha Técnica que presenta la empresa se indica lo siguiente:</li> </ul> <p>El sistema de embolización líquido MENOX está destinado a la embolización prequirúrgica de malformaciones arteriovenosas cerebrales (bAVMs) y está disponible en tres variantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menox LES 18 (18 cSt de viscosidad , 5% EVOH)</li> <li>- Menox LES 20 (20 cSt de viscosidad , 6% EVOH)</li> <li>- Menox LES 34 (34 cSt de viscosidad, 7% EVOH)</li> </ul>
<b>LOTE 4</b>	<b>AGENTE DE EMBOLIZACIÓN LÍQUIDO ACRÍLICO PARA USO INTRAVASCULAR</b>
<b>BALT SPAIN MEDICAL, S.L.</b>	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Madrid, a 03 de enero de 2025

Fdo.: Dr. Enrique Castro Reyes  
Responsable de Neurorradiología Intervencionista