

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE: A/SUM-053860/2024

OBJETO: SUMINISTRO DE “SISTEMAS, FILTROS Y ALARGADERAS DE INFUSIÓN, SISTEMAS DE BOMBEO DE SANGRE Y PERFORADOR TRANSFERENCIA DE FLUIDOS”, PARA DISTINTOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

EMPRESAS LICITANTES:

- 1. BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH**
- 2. B. BRAUN MEDICAL, S.A.**
- 3. BECTON DICKINSON, S.A.**
- 4. BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.**
- 5. BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.**
- 6. C.V. MÉDICA, S.L.**
- 7. DEXTROMEDICA, S.L.**
- 8. DISTRAUMA MEDICAL, S.L.**
- 9. ENGELBERT LEOBACHER**
- 10. FARMABAN, S.A.**
- 11. GARRIC MEDICA, S.L.**
- 12. HELIANTHUS MEDICAL, S.L.**

13. IBERIAN CARE 2016, S.L.
14. ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.
15. IHT MEDICAL, S.A.
16. INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
17. IZASA HOSPITAL, S.L.U.
18. KCI CLINIC SPAIN, S.L.
19. KRAPE, S.A.
20. LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.
21. LIBERA MÉDICA, S.L.
22. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
23. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
24. OIARSO, SDAD. COOP.
25. PALEX MEDICAL, S.A.
26. PROSAC PRODUCTOS, S.L.U
27. SPAIMED IMPORT, S.L.
28. TEXTILSUR MÉDICA, S.L.
29. VYGON, S.A.

- La empresa **BALMUNG MEDICAL HANDEL GMBH** ha presentado varias muestras sin identificar y no ha presentado oferta por lo que dichas muestras no han sido objeto de valoración.
- La empresa **BECTON DICKINSON, S.A.** ha presentado oferta a los lotes 22 y 30 pero no ha presentado muestra a estos lotes, por lo que dicha oferta no ha sido objeto de valoración.
- La empresa **ENGELBERT LEOBACHER** ha presentado su oferta pero no ha presentado muestras a ninguno de los lotes, por lo que dicha oferta no ha sido objeto de valoración.
- La empresa **GARRIC MEDICA, S.L.** ha presentado muestra al lote 29, pero no ha presentado oferta a este lote por lo que dicha muestra no ha sido objeto de valoración.
- La empresa **MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.** ha presentado muestra al lote 28, pero no ha presentado oferta a este lote por lo que dicha muestra no ha sido objeto de valoración.
- La empresa **SPAIMED IMPORT, S.L.** tras la solicitud de subsanación declara expresamente que el lote 1 no cumple al 100% con los requerimientos exigidos en los pliegos, por lo que la muestra presentada a dicho lote no ha sido objeto de valoración.

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1	SISTEMA INFUSIÓN MACROGOTEO C/TOMA AIRE CONEXIÓN LUER LOCK
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
C.V. MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FARMABAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IHT MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OIARSO, SDAD. COOP.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Con soporte incorporado para la sujeción del sistema La empresa presenta Muestra que no dispone de soporte de sujeción incorporado y en la Ficha Técnica tampoco consta dicho soporte.
PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROSAC PRODUCTOS, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEXTILSUR MÉDICA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Filtro incorporado con un tamaño de poro de 15µ o menos. La empresa presenta ficha técnica donde no indica las micras que tiene el filtro.
LOTE 2	SISTEMA INFUSION MACROGOTEO S/TOMA AIRE Y SIN FILTRO CONEXION LUER LOCK
BECTON DICKINSON, S.A.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Equipo de infusión sin toma de aire La empresa presenta Muestra que tiene toma de aire. En la Ficha Técnica no consta que tenga toma de aire.
C.V. MÉDICA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Equipo de infusión <u>sin filtro de partículas</u>. La empresa presenta Ficha técnica donde <u>consta filtro</u> solución de 15 µ. (micras) y la Muestra que presenta tiene filtro.
LOTE 3	SISTEMA INFUSION MACROGOTEO S/TOMA AIRE Y CON FILTRO CONEXION LUER LOCK
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IHT MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 4	SISTEMA INFUSIÓN MICROGOTEO C/TOMA AIRE CONEXIÓN LUER LOCK
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 5	SISTEMA INFUSIÓN HEMODERIVADOS 200MC LUER LOCK
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Regulador con soporte incorporado para la sujeción del sistema. La empresa presenta Muestra sin soporte incorporado.
OIARSO, SDAD. COOP.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 6	SISTEMA INFUSION HEMODERIVADOS CON FILTRO 200 MICRAS, CON CAMARA BOMBEO, CONEXION LUER LOCK Y SIN TOMA DE AIRE
IBERIAN CARE 2016, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Cámara de bombeo flexible, resistente a la presión manual y adaptable a la mano. La empresa presenta Muestra donde se comprueba que la Cámara de bombeo no es flexible, y es poco adaptable a la mano.
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 8	EQUIPO INFUSION C/BURETA CONEXIÓN LUER LOCK
BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Sin punto de inyección. • La empresa presenta Muestra que tiene un punto de inyección.
OIARSO, SDAD. COOP.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Sin punto de inyección. • La empresa presenta Muestra que tiene un punto de inyección.
LOTE 9	REGULADOR DE FLUJO CONEXION LUER LOCK
BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FARMABAN, S.A.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Sin punto de inyección. • La empresa presenta Muestra que tiene un punto de inyección en Y.
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OIARSO, SDAD. COOP.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 10	LLAVES DE TRES VIAS
C.V. MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FARMABAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KRAPE, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 11	LLAVES DE TRES VIAS, CON ALARGADERAS
BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: tubo de 1 - 1.5 mm de diámetro interior por 2 - 2.5 mm de diámetro exterior. La empresa presenta Muestra de 3 mm de diámetro interior por 4.10 mm de diámetro exterior. En la ficha Técnica consta Tubo DI 3 mm DE 4.10 mm.
C.V. MÉDICA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: tubo de 1 - 1.5 mm de diámetro interior por 2 - 2.5 mm de diámetro exterior. La empresa presenta Ficha Técnica donde señala 2.6 mm de diámetro interior por 3.9 mm de diámetro exterior. En el PPT se solicita: Debe soportar una presión de 58 psi (4 bares) La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: Resistencia a la presión hidrostática 3-5 bares.

FARMABAN, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: tubo de 1 - 1.5 mm de diámetro interior por 2 - 2.5 mm de diámetro exterior. • La empresa presenta Ficha Técnica donde consta diámetro interno 2.9 mm por diámetro externo 4.1 mm.
HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Debe soportar una presión de 58 psi (4 bares). • La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: presión hasta 3 bares.
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KRAPE, S.A.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: tubo de 1 - 1.5 mm de diámetro interior por 2 - 2.5 mm de diámetro exterior. • La empresa presenta Ficha Técnica y Muestra donde no consta el diámetro interior ni el diámetro exterior.
NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: tubo de 1 - 1.5 mm de diámetro interior por 2 - 2.5 mm de diámetro exterior. • La empresa presenta Ficha Técnica y Muestra donde no consta el diámetro interior ni el diámetro exterior.
OIARSO, SDAD. COOP.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Alargadera de alta presión con llave de tres pasos. • La empresa presenta Ficha Técnica y Muestra de Alargadera sin la llave de tres pasos.

LOTE 12	LLAVES DE TRES VIAS, CON ALARGADERA, ALTA PRESIÓN
C.V. MÉDICA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: tubo de 1 - 1.5 mm de diámetro interior por 2 - 2.5 mm de diámetro exterior. La empresa presenta Ficha Técnica donde señala 2.6 mm de diámetro interior por 3.9 mm de diámetro exterior. En el PPT se requiere: Debe soportar una presión de 58 psi (4 bares). La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: Resistencia a la presión hidrostática 3-5 bares.
LOTE 13	LLAVE DE TRES VIAS DE ALTA PRESIÓN
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 14	VÁLVULA BIOSEGURIDAD SIMPLE
BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Debe soportar presión de 325 psi, como mínimo. La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: Presión máxima 6 bares (87 psi).
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: flujo mínimo de 140 ml. La empresa presenta Ficha Técnica donde consta Flujo entre 100 ml y 125 ml.
LIBERA MÉDICA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Debe soportar presión de 325 psi, como mínimo. La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: resistencia a la presión 3,1 bares (45 psi).
PROSAC PRODUCTOS, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VYGON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 15	VALVULA BIOSEGURIDAD SIMPLE TRANSPARENTE VOLUMEN PURGA 0,06 ML
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 16	VALVULA BIOSEGURIDAD BIFURCADA 20 CM
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: flujo mínimo de 140 ml. La empresa presenta Ficha Técnica y Muestra donde no especifica el flujo solicitado.
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROSAC PRODUCTOS, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 17	VÁLVULA BIOSEGURIDAD TRIFULCADA
BECTON DICKINSON, S.A.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: Debe soportar presión de 325 psi, como mínimo. La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: Máxima presión de inyección 7 bares (102 psi).
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: calibre interno de 1-2 mm. La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: calibre 1 X 2,5 mm.
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROSAC PRODUCTOS, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VYGON, S.A.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> En el PPT se solicita: flujo mínimo de 140 ml. La empresa presenta Ficha Técnica donde consta Flujo mínimo de 120 ml. En el PPT se requiere: debe soportar presión de 325 psi, como mínimo. La empresa presenta Ficha Técnica donde consta Presión máxima para infusión/inyección: 16,5 bar (240 psi).

LOTE 18	VÁLVULA BIOSEGURIDAD CUADRIFURCADA
BECTON DICKINSON, S.A.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Debe soportar presión de 325 psi, como mínimo. • La empresa presenta Ficha Técnica y Muestra donde consta: Presión 2 bares (29 psi).
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Debe soportar presión de 325 psi, como mínimo. • La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: Presión de utilización 2 bares /29 Psi.
LIBERA MÉDICA, S.L.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: debe soportar presión de 325 psi, como mínimo. • La empresa presenta Ficha Técnica donde no consta la presión que soporta.
LOTE 19	ALARGADERA VENOSA CON CONECTOR MACHO-HEMBRA 100 CM LONGITUD
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OIARSO, SDAD. COOP.	<p>NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Debe de soportar una presión mínima de 29 psi (2 bares). • La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: Resistencia a la presión 1 bar máximo.

LOTE 20	ALARGADERA VENOSA CON CONECTOR MACHO-HEMBRA 150 CM DE LONGITUD
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OIARSO, SDAD. COOP.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Debe de soportar una presión mínima de 29 psi (2 bares). • La empresa presenta Ficha Técnica donde consta: Resistencia a la presión 1 bar máximo.
LOTE 21	ALARGADERA DE INFUSIÓN CON FILTRO 0,2 MICRAS
BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Punto de inyección en Y. • La empresa presenta Muestra que no tiene punto de inyección en Y.
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 22	ALARGADERA VENOSA PVC 150 CM LUER LOCK MACHO / HEMBRA 21 BARES
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 24	ALARGADERA ARTERIAL 150 CM CONEXIÓN LUER LOCK MACHO / MACHO
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> • En el PPT se solicita: Debe soportar una presión de 580 psi (40 bares). • La empresa presenta Ficha Técnica donde no indica la presión que soporta y en la Muestra tampoco consta información de la presión.
LOTE 26	TAPÓN OBTURADOR ESTÉRIL
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IHT MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OIARSO, SDAD. COOP.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 27	TAPÓN OBTURADOR JERINGA CONO LUER LOCK
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIBERA MÉDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OIARSO, SDAD. COOP.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VYGON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 28	TAPÓN DESINFECTANTE PARA VÁLVULA INDIVIDUAL
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <ul style="list-style-type: none"> Al valorar la muestra es muy complicado extraer el tapón del envase, hay que manipularlo con riesgo de que pierda la esterilidad.
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GARRIC MEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IBERIAN CARE 2016, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KCI CLINIC SPAIN, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROSAC PRODUCTOS, S.L.U.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPAIMED IMPORT, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 29	PUNZÓN TRANSFERENCIA FLUIDOS ESTÉRILES
BECTON DICKINSON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 30	PUNZÓN TRANSFERENCIA FLUIDOS C/VÁLVULA SEGURIDAD
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 31	CONECTOR LUER LOCK H/H DESLIZABLE P/ JERINGA
B. BRAUN MEDICAL, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VYGON, S.A.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 32.1	VALVULA BIOSEGURIDAD CON ALARGADERA y CONECTOR GIRATORIO
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 32.2	CONECTOR LUER - LOCK PUNZÓN FILTRO DE VENTEO 0,22 MICRAS
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 32.3	CONECTOR LUER-LOCK / MACHO JERINGA

ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 32.4	PUNZÓN TRANSFERENCIA FLUIDOS VIAL GRANDE ESTÉRIL
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 32.5	PUNZÓN TRANSFERENCIA FLUIDOS VIAL PEQUEÑO ESTÉRIL
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 32.6	PUNZÓN TRANSFERENCIA FLUIDOS CON SISTEMA BARRERA DE BALÓN
ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE 33	KIT OFTALMOLÓGICO, DOSIS BAJAS Y BAJO VOLUMEN MUERTO
DEXTROMEDICA, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Madrid, 24 de febrero de 2025

Fdo: Purificación Pazos Ramos
Supervisora Recursos Materiales