

EVALUACIÓN TÉCNICA

EXPEDIENTE A/SUM-053236/2024

OBJETO: “SUMINISTRO DE DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES MONOCAMERALES DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN”

EMPRESAS LICITANTES:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. MEDTRONIC IBERICA, S.A. | NIF: A28389484 |
| 2. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. | NIF: A80401821 |
| 3. EPHYCARDIO, S.L. | NIF: B85315588 |
| 4. BIOTRONIK SPAIN, S.A. | NIF: A28985034 |

Una vez revisada la documentación técnica presentada por los licitadores, se emite el presente informe de cumplimiento de los requerimientos exigidos en los Pliegos, para cada uno de los lotes, por parte del Comité de Evaluación.

LOTE 1	SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE MONOCAMERAL AVANZADO
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	NO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO: Estimulación antitaquicardia en la zona de fibrilación ventricular previa o durante la carga de condensadores Alertas sonoras de notificación a paciente
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	NO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO:. Estimulación antitaquicardia en la zona de fibrilación ventricular previa o durante la carga de condensadores
EPYCADIO, S.L.	CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO

LOTE 2	SISTEMA DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE MONOCAMERAL DE MONITORIZACION REMOTA
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	<p>NO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO:.</p> <p>Estimulación antitaquicardia en la zona de fibrilación ventricular antes y durante la carga de condensadores con cambio automático del protocolo de estimulación antes y durante la carga.</p>
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	<p>NO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO:.</p> <p>Estimulación antitaquicardia en la zona de fibrilación ventricular antes y durante la carga de condensadores con cambio automático del protocolo de estimulación antes y durante la carga.</p>
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	<p>CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO</p>

En Madrid, a 03 de febrero de 2025



Fdo: Dr. Javier Bermejo Thomas
Jefe de Servicio de Cardiología